

# Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl) [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)



Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Telefony: Centrala: 048- 361-30-00

Sekretariat: 048-361-39-00

Fax: 048-345-11-18, 345-10-43

**Dział Zamówień Publicznych**

tel. 048- 361 49 69

fax. 048- 361 30 23

adres e-mailowy: [dzp@wss.com.pl](mailto:dzp@wss.com.pl)

DZP.341.44.2017

Radom, dnia 04.10.2017 r.

*Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. (nr sprawy: DZP.341.44.2017).*

**Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:**

Pytanie	Odpowiedź
1. Część nr 23 Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne posiadające 3 paski kontrastujące w promieniach RTG?	1. Zgodnie z SIWZ.
2. Część nr 1 Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 5 Części nr 1 i zaoferowanie igły z regulowaną długością 0-50 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.	2. Zamawiający nie dopuszcza.
3. Część nr 9 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o średnicach protez 7, 8,5, 10 i 11,5 Fr, pozostałe parametry zgodne z opisem.	3. Zamawiający nie dopuszcza.
4. Część nr 30 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15, 25 i 32 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.	4. Zamawiający nie dopuszcza.
5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 18 poz. 1 i 2 przyrząd bez logo producenta umieszczonego na przyrządzie, co nie jest parametrem użytkowym.	5. Zgodnie z SIWZ.
6. Czy Zamawiający dopuści w części 18 poz. 1 przyrząd o dł. komory kroplowej min. 55 mm?	6. Zamawiający nie dopuszcza.
7. Czy Zamawiający dopuści w części 18 poz. 1 przyrząd z igłą ściętą trzyplaszczynowo?	7. Zgodnie z SIWZ.
8. Czy Zamawiający wydzieli z części 18 poz. 1-3 i utworzy z nich osobną część?	8. Nie.
9. Czy Zamawiający dopuści w części 19 poz. 32 osłonki lekko pudrowane suche?	9. Nie.
10. Czy Zamawiający wymaga w części 19 poz. 31 wzierniki pakowane w papier-folia?	10. Zamawiający dopuszcza.
11. część 22 pozycja 4 Ze względu na brak w ofercie producenta strzykawek ENFit przeznaczonych tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego o pojemności 30 ml. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty w pozycji 4 tylko na strzykawkę ENFit o pojemności 60 ml przeznaczonych do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego.	11. Tak. Zamawiający modyfikuje część 22 poz. 4.
12. część 22 pozycja 5 Ze względu na zmianę systemu połączeń na bezpieczniejsze i zastosowanie systemu ENFit, który zastąpił system ENLock czy Zamawiający w pozycji 5 oczekuje zgłębnik gastostomijny do zakładania pod kontrolą endoskopii metodą "Pull" do długotrwałego odżywiania dożołądkowego (powyżej 30 dni). Zgłębnik wykonany ze 100% przezroczystego poliuretanu niezawierający PCV. Zakończony łącznikiem typu ENFit Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, z linią kontrastującą w promieniach RTG, silikonową płytkę wewnętrzną oraz silikonową płytkę zewnętrzną do umocowania zgłębnika do powłok. Zestaw sterylne, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Wolny od DEHP. Rozmiary: Ch 10/14/18/40 cm.	12. Tak. Zamawiający modyfikuje część 22 poz. 5.

# Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl) [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

13. W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu, tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.	13. Tomasz Skura, Krzysztof Zajac, Bożenna Pacholczak, Agata Łuczycka-Chojnacka, Jolanta Piorun, Ewa Golonka, Hanna Skórnicka, Konrad Sputowski.
14. Część 3 Poz.4 - Prosimy o rezygnację z pozycji 4 w pakiecie nr 3. Opisane igły do penów insulinowych rozm. 12mmx0.36mm w ilości 2 (słownie: DWA opakowania) umożliwia złożenie oferty wyłącznie jednemu oferentowi. W pozycji 3 Zamawiający wymaga tożsamych igieł w rozmiarach 12-12.7mmx0.33mm. Wartość 0,03mm jest w zasadzie niewidoczna gołym okiem, zatem nie ma jakiegokolwiek znaczenia użytkowego ani medycznego dla wyrobu, jakim jest igła do pena. Stąd wnosimy o rezygnację z dwóch opakowań tego „specyficznego” wyrobu medycznego lub o utworzenie np. pakietu 3a. Jeżeli jednak Zamawiający, mimo wskazanej argumentacji, uzna dwa opakowania przedmiotowych igieł jako niezbędną, integralną część pakietu, żądamy przedstawienia merytorycznego uzasadnienia wraz ze wskazaniem medycznych oraz praktycznych przesłanek, przemawiających za koniecznością otrzymania w skali roku DWÓCH opakowań igieł do penów, konkretnego producenta.	14. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
15. Część nr 3, poz. 1 Uprzejmie proszę o sprecyzowanie jakich dokładnie rozmiarów igieł wymaga w tej pozycji Zamawiający?	15. W zależności od potrzeb szpitala w rozmiarach 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9.
16. Część nr 3, poz. 4 Proszę o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 12x0,33 mm, zamiast 12x0,36 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	16. Zamawiający nie dopuszcza.
17. Część nr 3, poz. 4 Proszę o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 8x0,30 mm, zamiast 12x0,36 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	17. Zamawiający nie dopuszcza.
18. Część nr 18, poz. 1-2 Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu z przyrządami? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.	18. Nie.
19. Część nr 18, poz. 1 Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się komorą kroplową o długości 62 mm (część przezroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylne. Długość drenu 150cm.	19. Zamawiający nie dopuszcza.
20. Część nr 18, poz. 5-6 Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu z przedłużaczami? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.	20. Nie.
21. Część nr 18, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji przyrząd do pobierania płynów z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 0,45 µm i filtrem cząsteczkowym 5 µm, średnica igły 4,0 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	21. Zamawiający nie dopuszcza.
22. Część nr 21, poz. 1-4 Proszę o dopuszczenie strzykawkę z rozszerzoną skalą i tłokiem w kolorze niebieskim.	22. Zamawiający nie dopuszcza.
23. Część nr 21, poz. 8 Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą w rozmiarze 0,45x13 mm, zamiast 0,45x12 mm.	23. Zamawiający nie dopuszcza.

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5**  
[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819  
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356  
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.			
24. Część nr 21, poz. 9 Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.			24. Nie.
25. Część nr 21, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?			25. Zamawiający dopuszcza.
26. Część nr 23, poz. 1-8 Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną w rozmiarach:			26. Zamawiający nie dopuszcza.
Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min	
14 G	2,0 x 45	290	
16 G	1,70 x 45	200	
17 G	1,50 x 45	140	
18 G	1,20 x 45	100	
	1,20 x 32	110	
20 G	1,00 x 32	64	
22 G	0,80 x 25	38	
24 G	0,70 x 19	22	
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.			
27. Część nr 23, poz. 1-8 Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu z korkami? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.			27. Nie.
28. Załącznik nr 10, pozycja 1-3, 5-7 Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania Vacsax, (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia w kompatybilne pojemniki wielorazowe? Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku, ze względu na <b>opatentowaną, antybakteryjną</b> technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi). Oferowany system charakteryzuje się pojemnikami wielorazowymi bez żadnych przyłączy (wszystkie przyłączenia w pokrywach wkładów jednorazowych), wyposażonymi w zaczep kompatybilny z wieszakami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia); króciec – port pacjenta ma śr. zew. 7 mm i rozszerza się (dostosowany jest do drenów o różnej średnicy). Wkłady do odsysania ortopedycznego (port 12mm) dostępne opcjonalnie (poj. 2l.). Wymiana wkładów jest czynnością nieskomplikowaną i przebiega sprawnie, ponieważ pokrywy wkładu nie trzeba dociskać do kanistra, ani też specjalnie ustawiać. Pozostałe jak w SIWZ.			28. Zamawiający nie dopuszcza.
29. Załącznik nr 10, pozycja 1-3, 5-7 Czy Zamawiający dopuści w zestawie dren o śr. wew. 5,6 mm?			29. Zamawiający nie dopuszcza.
30. Załącznik nr 10, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści pojemniki 4kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości?			30. Zamawiający nie dopuszcza.
31. Załącznik nr 10, pozycja 1-3, 5-7 Czy Zamawiający dopuści dren z łącznikami: antyzagięciowy – antyzagięciowy z możliwością przycinania, CH 25?			31. Zamawiający nie dopuszcza.
32. Załącznik nr 10, pozycja 12-16 Czy Zamawiający wydzieli powyższe pozycje do osobnego zadania, ze względu na brak			32. Nie.

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5**  
[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

związku funkcjonalnego oraz wymogu kompatybilności pomiędzy tymi produktami, a pozostałymi w zadaniu. Utrzymanie dotychczasowych wymagań SIWZ skutkować będzie tym, że ważną ofertę, niepodlegającą odrzuceniu, złożycy będzie mógł tylko jeden dystrybutor, firma Beryl Med.	
33. Część nr 3, pozycja 3 - 4 Czy Zamawiający dopuści: a) w pozycji nr 3 igłę do penów 12,7x0,33 mm b) w pozycji nr 4 igłę do penów 12x0,33 mm?	33. Zamawiający nie dopuszcza.
34. Dotyczy produktów zamówienia: Część 7: czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie rozmiary pieluchomajtek pochodziły od jednego producenta?	34. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
35. Dotyczy zapisów umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?	35. TAK.
36. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie za dostarczony towar przekracza 60 dni”? Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w konsekwencji zagrozić wykonaniu zamówienia. Poza tym, skuteczność § 9 ust. 5 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego	36. Nie.
37. Jak należy rozumieć wyrażenie „na koszt Wykonawcy” w § 10 ust. 9 wzoru umowy? Czy chodzi o obciążenie wykonawcy różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego a ceną wynikającą z umowy zawartej z wykonawcą?	37. Zamawiający informuję, że wyrażenie „na koszt Wykonawcy” oznacza obciążenie wykonawcy różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego a ceną wynikającą z umowy zawartej z wykonawcą.
38. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 lit. d) wzoru umowy wyrażenie „10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 Umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.	38. Nie.
39. Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 13 ust. 1 lit. g) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?	39. Nie.
40. Zważywszy na treść § 13 ust. 1 lit. h) wzoru umowy - jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy	40. Zamawiający określił ilości poszczególnych produktów według faktycznego zużycia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W większości przypadków umowy realizowane są w 100 %.

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5**  
[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

<p>„nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”</p>	
<p>41. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 14 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy na podstawie ust. 1 lit. b), c) lub d) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?</p> <p>Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.</p>	41. Nie.
<p>42. Pakiet 1 Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyłączy do odrębnego pakietu nr 1A pozycje 1 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 9 i dopuści:</p>	42. Zamawiający nie wyraża zgody.
<p>43. Pakiet 1 poz. 2</p> <p>Jednorazowe szczytce biopsyjne, łyżeczki owalne. Pokryta teflonem osłonka ułatwiająca wprowadzenie, łyżeczki z okienkiem (możliwość pobierania większej objętości tkanki), możliwość wykonania biopsji stycznych, oznaczona kolorem osłonka ułatwiająca identyfikację obszaru zastosowania, tnące łyżeczki zapewniające doskonałej jakości próbki. min. śr. kanału roboczego 2,0 mm, dł. robocza 1200 mm</p>	43. Zamawiający nie dopuszcza.
<p>44. Pakiet 1 poz. 3</p> <p>Jednorazowe szczytce biopsyjne z uchylnymi łyżeczkami typu "szczęki aligatora" zapobiegające ześlizgiwaniu. Pokryta teflonem osłonka ułatwiająca wprowadzenie, łyżeczki z okienkiem (możliwość pobierania większej objętości tkanki, możliwość wykonania biopsji stycznych, oznaczone kolorem osłonka ułatwiająca identyfikację obszaru zastosowania, znakomicie tnące łyżeczki zapewniające doskonałej jakości próbki. Min. śr. kanału roboczego: 2,0 mm, długość robocza 1200 mm.</p>	44. Zamawiający nie dopuszcza.
<p>45. Pakiet 1 Poz. 9 Jednorazowe szczotki do czyszczenia - szczotki kombinowane. Szczotka dwustronna uniwersalna (szczotka do czyszczenia kanału i szczotka do czyszczenia gniazd endoskopu na jednej osłonce), posiadająca sztywniejsze i gęstsze włosie zwiększające skuteczność czyszczenia. Duża odporność na zginanie i dobre wprowadzenie dzięki elastycznej osłonce. Plastikowa końcówka na końcu dalszym drutu szczotki chroni kanał endoskopu. Śr. kanału narzędzia 2,0-3,2 mm.</p>	45. Zamawiający nie dopuszcza.
<p>46. Pakiet 9</p> <p>Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w pakiecie nr 9 :</p> <p>Zestawy do protezowania dróg żółciowych z protezą typu Amsterdam wykonaną z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, komplet (proteza + zestaw wprowadzający) , zawierające cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę współpracującą z przewodnikiem o średnicy 0,035. Wymagane długości protez: 5, 7, 9, 12 i 15 cm, wymagane średnice protez 7, 8,5, 10 i 11.5 Fr.</p>	46. Zamawiający nie dopuszcza.
<p>47. Pakiet 16 Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w pakiecie nr 16: Szczotki cytologiczne, jednorazowe sterylne. Średnica 1,8 mm do kanałów roboczych ≥ 2,0 mm; długość narzędzia 120 mm, zakończone metalową kulką szczelnie zamykającą przewód, ergonomiczna rączka z trzema oczkami/otworami a`20 szt.</p>	47. Zamawiający nie dopuszcza.
<p>48. Pyt. 4 Pakiet 30 Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w pakiecie nr 30 Jednorazowe pętłe do polipektomii, pętłe wykonane z plecionego, giętkiego lub średniogiętkiego drutu; rękojeść ze skalą, średnica pętli 15, 24,36 mm, długość robocza 230 cm; Kształt owalny.</p>	48. Zamawiający nie dopuszcza.
<p>49. Pakiet 13 Czy Zamawiający w pakiecie 13 pozycji 1 dopuści igłę do znieczuleń splotów nerwowych rozmiar 21G 0,8x50 mm, z krótkim szlifem 30 stopni - kompatybilne ze stymulatorem nerwów obwodowych Stimuplex Dig RC?</p>	49. Zamawiający dopuszcza.

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5**  
[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

50. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 22 pozycję 1 i 4 (dopuszczając jednocześnie strzykawkę 20 ml zamiast 30 ml) do oddzielnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.	50. Nie.
51. Pytanie dotyczy – CZESC NR 31 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do hemofiltracji trójdrożny (światło napływ, powrót i dodatkowy port do podaży wapnia), high flow, o dostępnym przekroju 13 Fr, w dostępnych długościach 150, 200, 250 mm, cewnik posiada zakończenie w kształcie schodkowym (uniemożliwiającym powstanie zjawiska mieszania się krwi powrotnej z napływową) ?	51. Zamawiający dopuszcza.
52. Pytanie dotyczy – CZESC NR 31 poz. 1,2.Czy zamawiający, ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta na sztuki asortymentu wykazanego w CZEŚCI nr 31 dla poz. 1,2 zgodzi się na dostawy tego asortymentu w ilościach wynikających z zawartości pełnych opakowań zbiorczych lub minimalnych ilości do realizacji: CZEŚĆ NR 31 POZ. 1 - po 4 szt. CZEŚĆ NR 31 POZ. 2 - po 5 szt.	52. Zamawiający modyfikując część 31 poz. 1 i 2.
53. Dotyczy części 10 pozycja 9 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 10 poz 9 drenu z elastycznym rozszerzeniem co 90 cm, jest to nowocześniejsze rozwiązanie w stosunku do drenu balonowego zapewniające zdecydowanie lepsze połączenie i szczelność - pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.	53. Zamawiający dopuszcza.
54. Dotyczy części 10 poz. 1,2,3 Prosimy o podanie minimalnej średnicy szerokiego portu na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym	54. Zgodnie z SIWZ.
55. Dotyczy części 10 pozycja 9 Prosimy Zamawiającego o podanie minimalnej średnicy wewnętrznej drenu np. 5mm, 6mm	55. Zamawiający dopuszcza średnicę drenu 5mm lub 6 mm.
56. Dotyczy części 15 poz 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie polisacharydowego systemu hemostatycznego w postaci białego proszku z aplikatorami o długości 14cm, które w razie potrzeby można skrócić przykładowo do 10cm.	56. Zamawiający nie dopuszcza.
57. Dotyczy zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.	57. NIE.
58. Dotyczy Formularza Oferty Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę (usunięcie pozostałych pakietów)? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość.	58. Zamawiający potwierdza.
59. Dotyczy zawarcia umowy Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską	59. Zamawiający wyraża zgodę.
60. Dotyczy § 11 ust.1 lit.c) wzoru umowy Paragraf 7 ust. 1 lit. c) wzoru umowy zawiera informację że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 30 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego. Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w	60. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5**  
[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.	
61. Dotyczy § 11 ust.1 lit.d), e) wzoru umowy Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej umowy (według stanu na dzień odstąpienia) /dostawy, a nie od wartości umowy brutto. Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.	61. Zamawiający nie wyraża zgody.
62. Część 23 Pyt. 1 – Czy Zamawiający w części 23, poz.1 dopuści: Kaniule bezpieczne dożylnie z portem, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, wykonane z poliuretanu, posiadające 3 dobrze widoczne paski kontrastujące w RTG, optymalne położenie skrzydełek mocujących, dostępne rozmiary: • 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min • 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min • 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min • 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min • 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min • 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min • 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ 290 ml/min ?	62. Zamawiający nie wyraża zgody.
63. Część 23 Pyt. 2 – Czy Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem oraz nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły ?	63. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
64. Pyt. 3 – Dotyczy poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści koreczki innego producenta niż kaniule oferowane w pozycji 1 ? Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych firmy Delta Med., stosowanych z powodzeniem w wielu ośrodkach na terenie całego kraju, zaś dla Zamawiającego będzie korzystne ze względów ekonomicznych, organizacyjnych i logistycznych.	64. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
65. Część 5 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?	65. Pytanie nie dotyczy danego produktu.
66. Część 5 poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany podwójnie sterylnie (czerwony i niebieski) papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości?	66. Pytanie nie dotyczy danego produktu.
67. Część 5 poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 do osobnego pakietu?	67. Pytanie nie dotyczy danego produktu.
68. Część 5, pozycja 1 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu nr 5 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.	68. Zamawiający nie wyraża zgody.
69. Część 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z regulatorem w kształcie walca ze skalą od 5-250 ml/h, wyposażony w zacisk rolkowy do krótkich przerw w infuzji, spełniający pozostałe parametry?	69. Zamawiający nie wyraża zgody.
70. Część 19, pozycja 22 - Czy Zamawiający oczekuje opaski identyfikacyjnej do zgonów wyposażoną w wkładkę kartonową z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia oraz etui na wkładkę kartonową, wykonanego z całkowicie przezroczystej folii z wycięciem do przełożenia opaski?	70. Zamawiający dopuszcza.
71. Część 19, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści opaski dla zmarłych z polem na następujące dane: NAZWISKO, IMIĘ, PESEL, ZGON, DATA, GODZ, PUSTE POLE	71. Zamawiający dopuszcza.

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5**  
[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

DLA DODATKOWYCH INFORMACJI?	
72. Część 19, pozycja 29 - Czy Zamawiający oczekuje cewników Nelaton w rozmiarze CH 6- CH20?	72. TAK. Zamawiający modyfikuje część 19 poz. 29.
73. Część 19, pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści worek dla zmarłych o parametrach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Worki na zwłoki z 4 uchwytnymi i prostym zamkiem.</li> <li>• Kolor czarny</li> <li>• Rozmiar: 220 cm x 90 cm</li> <li>• Folia polietylenowa o grubości 0,16 mm</li> <li>• Produkowane są również z podwójnym dnem</li> <li>• Uchwyty dodatkowo wzmocnione folią</li> <li>• Wytrzymałość folii do 160 kg</li> <li>• Pakowane pojedynczo + rękawiczki jednorazowe?</li> </ul>	73. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
74. Część 1 Poz 2 i poz 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec standardowych jednorazowego użytku o długości 100 cm , średnicy kanału 2,0 mm oraz czy Zamawiający wyłączy pozycję do oddzielnego pakietu aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty ?	74. Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wyłączenie tej pozycji.
75. Część 1 Poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczoteczki cytologicznych o długości roboczej 140 cm , średnicy szczotki 1,0 mm lub 1,5 mm do kanału 2,0 mm i jednocześnie wyłączy pozycję do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty ?	75. Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wyłączenie tej pozycji.
76. Część 1 Poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie igły aspiracyjnej o parametrach 22G, długości wysunięcia igły do 60 mm, długości narzędzia od 720 mm do 750 mm kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego aparatem oraz wyłączy pozycję do oddzielnego pakietu aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty?	76. Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wyłączenie tej pozycji.
77. Część 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do protezowania o długości protezy 5,7,10,12,15 cm oraz średnicy protezy 7; 8,5; 10; 11,5 FR i czy wymaga by proteza była połączona z cewnikiem prowadzącym pętlą z nici aby umożliwić korektę położenia protezy zarówno w przód jak i w tył?	77. Tak. Zamawiający dopuszcza.
78. Część 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczoteczki cytologicznych o długości roboczej 140 cm średnicy szczoteczki 1,5 mm lub o długości roboczej średnicy 150 mm średnicy szczotki 1,9 mm do kanału 2,0 mm? Czy Zamawiający w ilości 15 ma na myśli 15 opakowań czy 15 sztuk ?	78. TAK. Zamawiający dopuszcza i uzupełnia kolumnę 6 o jednostkę miary.
79. PAKIET 2, POZYCJA 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dren ma być wykonany z lateksu?	79. Zamawiający informuje, że dren ma być wykonany z miękkiego silikonu. Zamawiający modyfikuje Część 2 poz. 2. oraz Część 2 poz. 3.
80. PAKIET 2, POZYCJA 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dren ma cechować się długością ramion min. 80x 5x 5 cm	80. Zamawiający dopuszcza.
81. PAKIET 2, POZYCJA 3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dren ma posiadać 3 czy 4 otwory boczne?	81. Zamawiający dopuszcza 3 lub 4 otwory.
82. PAKIET 2, POZYCJA 3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy otwory boczne mają mieć zaoblone krawędzie?	82. Zamawiający dopuszcza.
83. PAKIET 2, POZYCJA 3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy otwory boczne mają posiadać średnicę maksymalnie do 5mm?	83. Zamawiający dopuszcza.
84. PAKIET 3, POZYCJA 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do penów insulinowych rozm. 0,25 x 5 mm Pragniemy nadmienić, aby zapewnić odpowiednie działanie insuliny, należy podawać ją do warstwy podskórnej tkanki tłuszczowej. Zdarza się jednak, że w skutek niewłaściwej	84. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5**  
[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

<p>iniekcji lub źle dobranej długości igły, insulina zostaje wstrzyknięta do tkanki mięśniowej powodując gwałtowne, niepożądane zmiany w poziomie glukozy we krwi, zwiększając przez ro ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Warto podkreślić, że o ile grubość skóry wynosi średnio 2 mm i jest względnie stała, o tyle grubość podskórnej warstwy tłuszczu cechuje znaczna zmienność. Tym samym igła wystarczająco krótka, aby wprowadzić insulinę do podskórnej warstwy tłuszczu w jednej strefie wstrzykiwania, może się okazać za długa w sąsiedniej strefie, powodując ryzyko wstrzyknięcia domięśniowego.</p>	
<p>85. PAKIET 3, POZYCJA 3-4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do penów insulinowych rozm. 0,30 x 8 mm  Pragniemy nadmienić, aby zapewnić odpowiednie działanie insuliny, należy podawać ją do warstwy podskórnej tkanki tłuszczowej. Zdarza się jednak, że w skutek niewłaściwej iniekcji lub źle dobranej długości igły, insulina zostaje wstrzyknięta do tkanki mięśniowej powodując gwałtowne, niepożądane zmiany w poziomie glukozy we krwi, zwiększając przez ro ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Warto podkreślić, że o ile grubość skóry wynosi średnio 2 mm i jest względnie stała, o tyle grubość podskórnej warstwy tłuszczu cechuje znaczna zmienność. Tym samym igła wystarczająco krótka, aby wprowadzić insulinę do podskórnej warstwy tłuszczu w jednej strefie wstrzykiwania, może się okazać za długa w sąsiedniej strefie, powodując ryzyko wstrzyknięcia domięśniowego.</p>	<p>85. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>
<p>86. PAKIET 3, POZYCJA 3 i 4 Czy oferowane igły do penów powinny być oznakowane kolorystycznie na opakowaniu jednostkowym zgodnie z rozmiarem podobnie jak pozostałe igły.</p>	<p>86. Zamawiający dopuszcza.</p>
<p>87. PAKIET 3, POZYCJA 3 i 4 Prosimy o wyjaśnienie czy igły mają być kompatybilne ze wszystkimi powszechnie stosowanymi wstrzykiwaczami, co ma być potwierdzone stosownym certyfikatem dołączonym do oferty oraz nadrukowane oryginalnie przez producenta na opakowaniu zbiorczym?</p>	<p>87. Zamawiający dopuszcza.</p>
<p>88. PAKIET 17, POZYCJA 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnicy do trudnych intubacji o długości 600mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.</p>	<p>88. Zamawiający dopuszcza.</p>
<p>89. PAKIET 17, POZYCJA 6 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy niejałowy zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca półpłynnego i płynnego ma posiadać silikonowy rękaw o długości 167 cm z budowanym w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemny zapach, balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego?</p>	<p>89. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>
<p>90. PAKIET 17, POZYCJA 8 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jaką długość minimalną ma mieć sonda Sengstakena, 110 cm czy 120 cm?</p>	<p>90. Min. dł. sondy 120 cm. Zamawiający modyfikuje część 17 poz. 8.</p>
<p>91. PAKIET 17, POZYCJA 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sond Sengstakena w rozmiarach CH 15- CH 21, pozostałe parametry zgodne z SIWZ</p>	<p>91. Zamawiający modyfikuje część 17 poz. 8.</p>
<p>92. PAKIET 17, POZYCJA 8 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy sondy Sengstakena mają być wykonane z miękkiej gumy.</p>	<p>92. TAK. Zamawiający modyfikuje część 17 poz. 8</p>
<p>93. PAKIET 17, POZYCJA 10 Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy bezigłowy port do pobierania próbek ma być wyposażony w przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?</p>	<p>93. Pytanie nie dotyczy tego produktu.</p>
<p>94. PAKIET 17, POZYCJA 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika kąтового (martwa przestrzeń), podwójnie obrotowy, z możliwością wykonania bronchoskopii, z karbowaną powierzchnią, sterylny lub czysty biologicznie.</p>	<p>94. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>
<p>95. PAKIET 17, POZYCJA 18 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski krtniowej jednorazowego użytku, z PCV, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wkliniowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankieta co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankieta. Maską bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu. Rozmiar maski kodowany</p>	<p>95. Zamawiający dopuszcza.</p>

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5**  
[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia. Maski w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10-20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (>70kg). – wyrób sterylny.	
96. PAKIET 17, POZYCJA 18 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu maksymalnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem produktu w trakcie transportu i przechowywania produkt ma być pakowany w opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu?	96. Zamawiający dopuszcza.
97. PAKIET 18, POZYCJA 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie komory kroplowej o długości min. 55 mm	97. Nie.
98. PAKIET 18, POZYCJA 1 i 2 Prosimy o odstąpienie od wymogu logo producenta trwale umieszczanego na przyrządzie i dopuszczenie przyrządu posiadającego wyraźnie oznakowane logo producenta na opakowaniu jednostkowym.	98. Zamawiający nie wyraża zgody.
99. PAKIET 18, POZYCJA 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do aspiracji płynów z opakowań zbiorczych, filtr cząsteczkowy 0,2 µm (czyli wyższa niż opisana w SIWZ skuteczność filtracji), średnica spika 4,40mm, długość kolca 20mm.	99. Zamawiający dopuszcza.
100. PAKIET 21, POZYCJA 4 Ze względu na dopuszczenie opakowania zbiorczego max 100 szt., prosimy o dopuszczenie przeliczenia za opakowanie (np. 80 szt) z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.	100. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
101. PAKIET 21, POZYCJA 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk pakowanych po 120 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym	101. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
102. PAKIET 21, POZYCJA 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z dołączaną igłą 0,45 x 10 mm	102. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
103. PAKIET 21, POZYCJA 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z dołączaną igłą 0,5 x 16 mm	103. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
104. PAKIET 21, POZYCJA 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z dołączaną igłą 0,45 x 13 mm	104. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
105. PAKIET 21, POZYCJA 6-7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 50/60ml z czytelną jednostronna skalą pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawk do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania dwustronnej skali na strzykawkach przeznaczonych do pomp infuzyjnych.	105. Zamawiający nie wyraża zgody.
106. PAKIET 21, POZYCJA 8 Prosimy o dopuszczenie strzykawk z tuberkulinową igłą 0,45 x 10 mm.	106. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
107. PAKIET 21, POZYCJA 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki cewnikowej o pojemności 100 ml, skalowanej co 1 ml (bardziej precyzyjnej), pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	107. Zamawiający nie wyraża zgody.
108. PAKIET 21, POZYCJA 11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk pakowanych po 120 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.	108. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
109. PAKIET 23, POZYCJA 1-8 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kaniule mają być sterylizowane radiacyjnie?	109. Zamawiający dopuszcza.
110. PAKIET 23, POZYCJA 1-8 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza kaniule z naklejanymi (niewtopionymi) min. 4 paskami RTG?	110. Nie.
111. PAKIET 23, POZYCJA 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 100 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowy.	111. Zamawiający dopuszcza.
112. Część 3, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści igły do penów insulinowych w rozmiarze 0,33 x 12mm?	112. Nie.
113. Część 19, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści sterylny zaciskacz do pępownicy?	113. Zamawiający dopuszcza.
114. Część 21, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'70 szt. z przeliczeniem i zaokrągleniem	114. Nie.

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5**  
[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819  
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356  
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

„w górę” ilości na 3143 opakowań?	
115. Część 21, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową?	115. Nie.
116. Część 21, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z igłą 0,45 x 13mm?	116. Nie.
117. Część 23, pozycje 1 - 9 Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z teflonu (FEP), z 2 paskami kontrastującymi w RTG?	117. Nie.
118. Część nr 15 Czy Zamawiający dopuści do zaferowania polisacharydowy system hemostatyczny rozkładany przez amylazę, z aplikatorem 8 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?	118. Nie.
119. Dotyczy projektu umowy: Par. 11 ust. 1 a) i b) Prosimy o obniżenie kary umownej do 0,1% wartość brutto, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.	119. Zamawiający nie wyraża zgody.
120. Par. 15 ust. 1 Prosimy o dopisanie „ Bez pisemnej zgody Zamawiającego – której nie można bezpodstawnie odmówić- Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy...”	120. Zamawiający nie wyraża zgody.
121. Pytanie 1 Dotyczy Części nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2 do oddzielnego pakietu np. 1A i dopuści jednorazowe szczytce biopsyjne, łyżeczki owalne. Pokryta teflonem osłonka ułatwiająca wprowadzenie, łyżeczki z okienkiem (możliwość pobierania większej objętości tkanki), łyżeczki standardowe, tnące łyżeczki zapewniające doskonałej jakości próbki. min. śr. kanału roboczego 2,0 mm, dł. robocza 1200 mm?	121. Zamawiający nie wyraża zgody.
122. Pytanie 2 Dotyczy Części nr 30 poz. 1 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaferować jednorazowe pętłe do polipektomii, pętłe wykonane z plecionego giętkiego lub pojedynczego drutu (monofilament); rękojeść ze skalą, średnica pętli 15, 25,35 mm, długość robocza 230 cm; pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?	122. Nie.
123. Pytanie 3 Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymywania dostaw kolejnych partii zamawianych przez Zamawiającego towarów, o ile zwłoka w płatności nie przekroczy 30 dni od daty wymagalności faktury.”	123. Nie.
124. Pytanie 4 Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania Protokołu Rozbieżności faksem zwrotnym oraz niezwłocznego rozpatrzenia Protokołu Rozbieżności i wymiany materiałów na wolne od wad, lub uzupełnienia braków ilościowych, na własny koszt, w ciągu 5 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji”	124. Nie.
125. Pytanie 5 Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 1a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5%?	125. Nie.
126. Pytanie 6 Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 1b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5%?	126. Nie.
127. Pytanie 8 Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 1c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 10%?	127. Nie.
128. Część 23 Czy Zamawiający przez zapis „optymalne położenie skrzydełek mocujących” wymaga aby	128. Tak. Zamawiający modyfikuje część 23.

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5**  
[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

port górny umieszczony był centralnie nad skrzydełkami i nie wystawał poza ich obręb, w celu zapewnienia stabilizacji podczas wkłucia?	
129. Część 23 - Czy Zamawiający wymaga aby korek w porcie górnym kaniuli był okrągły?	129. Tak. Zamawiający modyfikuje część 23.
130. Część 23 - Czy Zamawiający wymaga aby na kaniuli była wytłoczona nazwa producenta bądź materiał z jakiego została wykonana, w celu zapewnienia możliwość identyfikacji po wyjęciu z opakowania?	130. Tak. Zamawiający modyfikuje część 23.
131. Część 23 - Czy Zamawiający wymaga aby skrzydełka i port boczny kodowane były kolorem, zgodnie z ISO?	131. Tak. Zamawiający modyfikuje część 23.
132. Część 23 - Czy Zamawiający dopuści otwórze, w których cewnik kaniuli posiada otwór boczny na końcu cewnika?	132. Nie.
133. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do oddzielnej części pozycji 13 i 14 z Części 10 oraz dopuszczenie w tych pozycjach bezpiecznego zestawu do punkcji opłucnej składającego się z igły Veressa 13G (sygnalizującej za pomocą zielonego wskaźnika moment wysuwania się ostrza igły) zakończonej łącznikiem luer lock; linii przedłużającej połączonej na stałe z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (bez konieczności przełączania kraniku podczas drenażu mechanicznego), posiadającej możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego (z pominięciem zastawek); strzykawki luer lock 60 ml oraz worka o pojemności 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym?	133. Zamawiający nie wyraża zgody.
134. Pakiet 28 Pytanie 1poz.1 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na przetwornik jednorazowy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia metoda krwawą o nieznacznie zmienionych parametrach: - układ do przepłukiwania obsługiwany jedną ręką w postaci skrzydełek - połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, pinowe - bez dodatkowych koreczków Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ	134. Zamawiający nie wyraża zgody.
135. Pakiet 28 Pytanie 1poz.2 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na przetwornik jednorazowy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia metoda krwawą o nieznacznie zmienionych parametrach: - układ do przepłukiwania obsługiwany jedną ręką w postaci skrzydełek - połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, pinowe - bez dodatkowych koreczków Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ	135. Zamawiający nie wyraża zgody.
136. Pytanie nr 1 dot. Pakiet nr 1 poz 3 Czy ze względu na fakt, iż jedno niepodzielne opakowanie handlowe zawiera 20 szt. szczypiec Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiej ilości?	136. Tak. Zamawiający modyfikuje część 1 poz. 3.
137. Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 9 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie: jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z PE dla 7FR i EVA dla 8,5, 10, 12FR; długość narzędzia 1900mm; popychacz wykonany z materiału minimalizującego tarcie z cewnikiem prowadzącym; współpracujący z prowadnicą 0,035"? Średnice i długości protez bez zmian.	137. Zamawiający dopuszcza.
138. Pytanie nr 3 Dot. SIWZ pkt. VI.5.f) Czy w przypadku gdy na wezwanie zostaną złożone aktualne dokumenty ale termin ich ważności będzie się kończył w trakcie związania ofertą Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia, że Wykonawca w razie potrzeby uzyska nowe ważne dokumenty i zachowa ciągłość ważności dopuszczenia do obrotu i stosowania?	138. Tak.
139. Pytanie nr 4 Dot. wzoru umowy par. 11 ust. 1 c Czy Zamawiający wyrazi na zmianę zapisu na: „za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 2% wartości danej dostawy”?	139. Nie.
140. Pytanie nr 5 Dot. wzoru umowy par. 11 ust. 1 e Czy nie zaszła omyłka, gdyż Zamawiający powołuje się na par. 3 ust. 3, który nie istnieje w tej umowie, a przedmiot zamówienia nie zawiera żadnego szkolenia?	140. Tak. Zamawiający wykreśla § 11 ust. 1e we wzorze umowy.
141. Pytanie nr 6 Dot. wzoru umowy par. 11 ust. 1 f Czy nie zaszła omyłka, gdyż Zamawiający powołuje się na par. 7 ust. 3, w którym nie ma mowy o instrumentarium ani o terminie?	141. Tak. Zamawiający wykreśla § 11 ust. 1 f we wzorze umowy.

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5**  
[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

142. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 10 ust. 7-8 projektu umowy poprzez wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji	142. Zamawiający nie wyraża zgody.
143. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: a) w razie opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu określonego w § 10 ust 1 Umowy terminu realizacji zamówienia Przedmiotu Dostawy - kara umowna w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy; b) w razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia wady, wymiany na nowy lub uzupełnienia braków ilościowych Przedmiotu Dostawy, w stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 7 Umowy – kara umowna wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwych lub brakujących części Przedmiotu Dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych/ brakujących części dostawy; c) za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego, d) w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy– kara umowna w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 Umowy, e) za zwłokę w szkoleniu personelu w terminie określonym w § 3 ust. 3 – karę w wysokości 0,3 % wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy; f) za zwłokę w przekazaniu kompletnego instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów w terminie określonym w § 7 ust. 3 – karę w wysokości 0,3 % wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto brakującego instrumentarium.	143. Zamawiający nie wyraża zgody.
144. Wnosimy o wyjaśnienie jakiego instrumentarium dotyczy zapis w § 11 ust. 1 lit. f.	144. Zamawiający wykreśla § 11 ust. 1 f we wzorze umowy
145. Dotyczy części nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje z części 5? Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie oferentów i pozwoli Zamawiającemu na wybranie najkorzystniejszej cenowo oferty.	145. Nie.
146. Dotyczy części nr 5: Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu w kształcie walca, ze skalą 5-250 ml/h?	146. Nie.

Na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015, poz. 2164 z późn zm.) Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. Załączniki 1, 2, 16, 17, 19, 22, 23 i 31 (Część 1, 2, 16, 17, 19, 22, 23 i 31) – opis przedmiotu zamówienia – zmiany zaznaczone kolorem czerwonym (plik zamieszczony na stronie internetowej);
2. Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy. Zmianie ulega § 11 – zmiany zaznaczone kolorem czerwonym (plik zamieszczony na stronie internetowej).

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,