



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom , ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00

tel. sekretariat: 48 361 3900

fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych

tel. 48 361 48 69

fax. 48 361 30-23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Nasz znak: 341.46.2017

Radom, dnia 2017-09-12

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie pracowni elektrofizjologii i radiologii interwencyjnej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (nr sprawy DZP.341.46.2017)

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
Dotyczy: Część 3 – Stół operacyjny :		
1	Czy Zamawiający dopuści stół z kolumną umieszczoną symetrycznie względem podstawy, wykonaną w całości ze stali nierdzewnej niklowo-chromowanej, posiadającą osłonę tworzywową w formie harmonijki w miejscu łączenia blatu z kolumną? Umieszczenie kolumny nie ma najmniejszego znaczenia dla dostępności pola operacyjnego dla promieni RTG, z uwagi na możliwość przesuwu wzdłużnego oraz bocznego blatu stołu. Osłona łączenia kolumny z blatem jest korzystnym rozwiązaniem, eliminującym miejsca trudnodostępne do czyszczenia i dezynfekcji.	NIE , Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
2	Czy Zamawiający dopuści stół z podstawą w kształcie prostokąta z dolną częścią podstawy posiadającą wgłębienie w celu wygodnego wsunięcia stóp operatora?	NIE , Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
3	Czy Zamawiający dopuści stół z kołami umieszczonymi w podstawie, dwoma zabudowanymi i dwoma (obrotowymi) nieznacznie wystającymi poza obrys podstawy podczas jazdy stołem?	NIE , Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
4	Czy Zamawiający dopuści szybszy i wygodniejszy sposób blokowania stołu do podłoża za pomocą centralnej blokady kół za pomocą dźwigni nożnej? Zaletą rozwiązania jest możliwość blokowania oraz odblokowania stołu bez względu na stan naładowania akumulatora lub sprawności układu elektrycznego.	NIE , Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
5	Czy Zamawiający dopuści stół z blatem wykonanym z włókna węglowego o przezierności dla promieniowania RTG & lt, ekwiwalent 0,8 mm Al. ?	NIE , Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
6	Czy Zamawiający dopuści stół z blatem o szerokości bez szyn bocznych 500mm?	NIE , Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
7	Czy Zamawiający dopuści stół z wygodnym i szybkim systemem ruchu blatu, polegającym na oddzielnej	NIE , Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

	regulacji przesuwu wzdłużnego i bocznego (ruch wektorowy) ?	
8	Czy Zamawiający dopuści stół z ruchem wzdłużnym w obie strony w zakresie 300mm blatu pozwalającym ominąć kolumnę stołu i prześwietlić każdą całe ciało pacjenta?	
9	Czy Zamawiający dopuści stół z ruchem bocznym w obie strony w zakresie 180mm blatu pozwalającym ominąć kolumnę stołu i prześwietlić każdą całe ciało pacjenta?	NIE , Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
10	Czy Zamawiający dopuści stół z przeziernością blatu przy maksymalnym wysunięciu na długości 1550mm?	Tak , Zamawiający dopuszcza.
11	Czy Zamawiający dopuści stół z elektromechaniczną regulacją wysokości?	NIE , Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
12	Zwracamy się z prośbą o zmianę wyznaczającą datę realizacji nie w postaci daty dziennej, ale ilości 10 tygodni od daty podpisania umowy. Takie rozwiązanie zabezpiecza zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę przed trwającymi długo procedurami wyboru oferty lub też procedurami przewidzianymi PZP i daje możliwość przewidzenia terminu wykonania umowy bez konieczności jej późniejszego aneksowania z powodów niezależnych od Wykonawcy.	NIE , Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
13	Dotyczy SIWZ, rozdz. V pkt 1.2 Zwracamy się z prośbą o uznanie jednej referencji zarówno dla części 2 jak i 3. Wyjaśniamy, iż wykonując dostawę w zakresie jednego postępowania opinia wystawiana jest na całość, nie zaś osobno na każdy dostarczony sprzęt.	Tak , Zamawiający dopuszcza.
14	Dotyczy SIWZ, rozdz. VI pkt. 4 Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska? Wyroby medyczne oznaczone Certyfikatem CE IVD (dyrektywa 98/79/WE) służą do diagnostyki in vitro.	Zamawiający modyfikuje zapis rozdz.. VI pkt. 4f siwz w następujący sposób: f) Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015r., poz. 876 z późn. zm.), a w szczególności: - spełniają tzw. wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach, Ministra Zdrowia, uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego, w szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów, - wystawiono dla nich deklarację zgodności,

		<p>- oznakowano je znakiem zgodności CE Aktualne przez okres obowiązywania umowy lub przez okres związania ofertą. UWAGA! <u>Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia</u></p>
15	<p>Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §11 ust. 3a) Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki. Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu.</p>	<p>Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 3, Umowa §11 ust. 3a) w następujący sposób: a) dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy maksymalnie 7 dni roboczych.</p>
16	<p>Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §11 ust. 3c) Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako</p>	<p>TAK, Zamawiający wykreśla pkt. 3c, z §11 Załącznika nr 3 do siwz.</p>

	niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.	
17	Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §11 ust. 9 Wyjaśniamy, że wykonywanie napraw w okresie gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez producenta sprzętu), skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na aparat rentgenowski. Tylko autoryzowany przez producenta, serwis Wykonawcy jest wyłącznie upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyż jest odpowiednio przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu urządzenia. W związku z tym prosimy o odstąpienie od w/w zapisu.	NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
18	Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §12 ust. 1b), c), d) Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego wymienionych czynności do 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.	NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
19	Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §12 ust. 1b), c), d) Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)	NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
20	Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §12 ust. 1e) Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego w z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.	NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Bęc
Tel. 48 361-32-10