



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl

szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Telefony: Centrala: 048- 361-30-00

Sekretariat: 048-361-39-00

Fax: 048-345-11-18, 345-10-43

Dział Zamówień Publicznych

tel. 048- 361 49 69

fax. 048- 361 30 23

adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

DZP.341.47.2017

Radom, dnia 19.09.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę RTG cyfrowego do zdjęć kostnych wraz z niezbędnym osprzętem oraz adaptacją pomieszczenia (sprawa DZP.341.47.2017)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Pytanie	Odpowiedź
1. Aparat RTG Część C pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta wyposażony w wyświetlacz LCD na lampie bez możliwości wyboru ogniska lampy, oraz bez sygnalizacji obecności kratki?	1. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Aparat RTG Część D pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta o pojemności cieplnej anody 300 kHU?	2. Nie.
3. Aparat RTG Część D pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta o mocy małego ogniska 33 kW?	3. Nie.
4. Aparat RTG Część E pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta wyposażony w detektor o wartości DQE 51%? Różnica 1% nie jest różnicą istotnie wpływającą na diagnostyczne walory zdjęcia	4. Nie
5. Aparat RTG Część F pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta wyposażony w detektor o wartości DQE 51%? Różnica 1% nie jest różnicą istotnie wpływającą na diagnostyczne walory zdjęcia.	5. Nie.
6. Aparat RTG Część F pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta wyposażony w detektor o wartości rozdzielczości obrazowej 3.4 lp./mm. Różnica 0.1lp./mm nie jest różnicą istotnie wpływającą na diagnostyczne walory zdjęcia.	6. Nie.
7. Aparat RTG Część I pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta wyposażony w bezprzewodowy detektor o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu 135 kg?	7. Tak. Zamawiający modyfikuję Załącznik nr 5 do SIWZ część I pkt. 2.
8. Aparat RTG Część I pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta wyposażony w bezprzewodowy detektor o rozmiarze powierzchni aktywnej detektora 34.48 cmx 42,12 cm?	8. Nie.
9. Aparat RTG Część I pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta wyposażony w detektor o wartości DQE 50%?	9. Nie.
10. Dotyczy C pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści aparat ze zmotoryzowanym obrotem lampy wokół osi pionowej w zakresie +110°/-220°?	10. Nie, zgodnie z SIWZ.
11. Dotyczy F pkt. 2 Czy Zamawiający dopuście detektor o wymiarach 42,6 x 41,5 cm oraz głębokości akwizycji 14 bitów? Matryca obrazowania w tym detektorze jest o wiele większa od wymaganej i wynosi 11,3 MPix. Dodatkowo detektor posiada bardzo mały rozmiar piksela 125 µm a obraz pojawia się już po 1 sekundzie.	11. Nie, zgodnie z SIWZ.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

12. Dotyczy H pkt. 1 Czy Zamawiający pod pojęciem ruch poziomy i pionowy statywu płucnego rozumie ruch Bucky w zakresie – 15° / + 90° jak w punkcie H3? Zakres ruchu w poziomie wydaje się nieuzasadniony pod względem pozycjonowania pacjenta			12. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
13. Dotyczy H pkt. 2 Prosimy o usunięcie tego parametru, ponieważ Zamawiający wskazał już na uchwyt do stołu, który spełnia tę samą funkcjonalność i dodatkowy parametr w tym względzie wydaje się bezzasadny			13. Nie, zgodnie z SIWZ.
14. Dotyczy H pkt. 14 Czy Zamawiający dopuście współczynnik pochłaniania blatu stojaka 0,8 mm Al?			14. Nie, zgodnie z SIWZ.
15. Załącznik nr 5 do SIWZ Pytanie 1 C.3			15. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ część C pkt. 3.
Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego kolumny	≥ 160 cm , podać	≥ 160 cm ≤ 170 cm – 0 pkt. > 170 cm – 5 pkt	
W związku z faktem, iż pracownia rtg Zamawiającego w której będzie montowany aparat posiada wysokość zaledwie ok. 290 cm niemożliwe jest uzyskanie punktowanego zakresu ruchu pionowego kolumny lampy. Prosimy zatem o usunięcie punktacji z powyższego punktu, ponieważ nie ma możliwości wykorzystania tej funkcjonalności ze względu na fizyczne ograniczenia pomieszczenia.			
16. Pytanie 2 C.7			16. Nie. Zgodnie z SIWZ.
Wyświetlenie na wyświetlaczu lampie/kołpaku z informacją obok kąta lampy o położeniu detektora bezprzewodowego (kąt nachylenia), w celu ułatwienia ustawienia promienia centralnego prostopadle do detektora	Tak/Nie	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	
Powyższa funkcjonalność niestety poza samym wskazaniem nie posiada automatycznego pozycjonowania lampy w celu ustawienia promienia centralnego prostopadle do detektora. Ponadto badania z użyciem detektora bezprzewodowego w większości wykonywane są na łóżku szpitalnym gdzie nie ma konieczności określenia kąta nachylenia ponieważ detektor leży poziomo pod pacjentem. W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców, a nie faworyzowanie jedynie rozwiązania charakterystycznego dla jednej firmy bez względu na ich wykorzystanie i przydatność w trakcie codziennej pracy.			
17. Pytanie 3 D.2			17. Zamawiający modyfikuję Załącznik nr 5 do SIWZ część

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Pojemność cieplna anody ≥ 400 kHU, podać ≥ 400 kHU ≤ 700 kHU – 0 pkt. >700 kHU – 5 pkt			D pkt. 2.			
W przypadku aparatów ogólnodiagnostycznych nie ma konieczności stosowania lampy rtg o pojemności większej niż 700 kHU. Standardowo w tego typu aparatach montowane są lampy o pojemności 300-400 kHU, które gwarantują ciągłą pracę aparatu. Lampa o powyższej wartości jest stosowana wyłącznie przez jedną firmę zarówno do aparatów ogólnodiagnostycznych rtg jak i również angiografów. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż koszt wymiany lampy po gwarancji w przypadku pojemności powyżej 700 kHU jest ponad dwukrotnie większy niż w przypadku lampy o pojemności 400 kHU. A punktowana wartość pojemności cieplnej lampy nie będzie nigdy wykorzystana . Natomiast zgodnie z szczegółowymi zasadami odnoszącymi się do wydatkowania środków publicznych ,które znalazły odzwierciedlenie w regulacji art. 35 i 44 ustawy o finansach publicznych, mają być one dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców.						
18. Pytanie 4 D.3 <table><tr><td> Pojemność cieplna lampy </td><td> ≥ 2.0 MHU, podać </td><td> ≥ 2.0 kHU ≤ 2.4 kHU – 0 pkt. >2.4 kHU – 5 pkt </td></tr></table> W przypadku aparatów ogólnodiagnostycznych nie ma konieczności stosowania kołpaka lampy rtg o pojemności większej 2 MHU co zapewnia ciągłą pracę aparatu. Kołpak o wartości punktowanej przez Zamawiającego jest stosowany wyłącznie przez jedną firmę zarówno do aparatów ogólnodiagnostycznych rtg jak i również do angiografów. W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców.			Pojemność cieplna lampy	≥ 2.0 MHU, podać	≥ 2.0 kHU ≤ 2.4 kHU – 0 pkt. >2.4 kHU – 5 pkt	18. Nie, zgodnie z SIWZ.
Pojemność cieplna lampy	≥ 2.0 MHU, podać	≥ 2.0 kHU ≤ 2.4 kHU – 0 pkt. >2.4 kHU – 5 pkt				
19. Pytanie 5 D.5 <table><tr><td> Szybkość chłodzenia anody </td><td> ≥ 100 kHU/min, podać </td><td> ≥ 100 kHU/min ≤ 160 kHU – 0 pkt. >160 kHU – 5 pkt </td></tr></table> W przypadku aparatów ogólnodiagnostycznych nie ma konieczności stosowania lampy rtg o szybkości chłodzenia anody większej niż 100 kHU/min, która gwarantuje ciągłą pracę aparatu.			Szybkość chłodzenia anody	≥ 100 kHU/min, podać	≥ 100 kHU/min ≤ 160 kHU – 0 pkt. >160 kHU – 5 pkt	19. TAK. Zamawiający modyfikuję Załącznik nr 5 do SIWZ część D pkt. 5.
Szybkość chłodzenia anody	≥ 100 kHU/min, podać	≥ 100 kHU/min ≤ 160 kHU – 0 pkt. >160 kHU – 5 pkt				

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Lampa o powyższej wartości jest stosowana wyłącznie przez jedną firmę (powyżej 160 kHU/min.) zarówno do aparatów ogólnodiagnostycznych rtg jak i angiografów. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż koszt wymiany lampy po gwarancji o punktowanej wartości jest ponad dwukrotnie większy niż w przypadku lampy o pojemności 400 kHU i szybkości chłodzenia anody 100 kHU/min. Punktowana wartość szybkości chłodzenia anody nie będzie nigdy wykorzystana w maksymalnym zakresie. Natomiast zgodnie z szczegółowymi zasadami odnoszącymi się do wydatkowania środków publicznych, które znalazły odzwierciedlenie w regulacji art. 35 i 44 ustawy o finansach publicznych, mają być one dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców.						
20. Pytanie 6 G.4 <table><tr><td>Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego</td><td>≥ 33 cm podać</td><td>33 cm-40 cm – 0 pkt. > 40 cm – 5 pkt</td></tr></table> Mając na uwadze wymaganie z pkt. G.5 i wysokość pomieszczenia punktowanie większego zakresu pionowego ruchu stołu nie ma uzasadnienia i nie będzie wykorzystywane w czasie badań. Wysokość pomieszczenia przeznaczonego na instalację aparatu rtg powoduje, iż wykonywanie badań na stole umieszczonym na wysokości ok. 95cm jest niemożliwe (zbyt mała odległość lampa - pacjent). Natomiast posadowienia pacjenta na wysokości blatu ok. 95 cm jest niepraktyczne i niebezpieczne. W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców.			Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego	≥ 33 cm podać	33 cm-40 cm – 0 pkt. > 40 cm – 5 pkt	20. TAK. Zamawiający modyfikuję Załącznik nr 5 do SIWZ część G pkt. 4.
Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego	≥ 33 cm podać	33 cm-40 cm – 0 pkt. > 40 cm – 5 pkt				
21. Pytanie 7 G.5 <table><tr><td>Minimalna odległość blatu od podłogi</td><td>≤ 55 cm Podać</td><td>≤ 55 cm > 52 cm – 0 pkt. ≤ 52 cm – 5 pkt</td></tr></table> Prosimy o punktowanie rozwiązania w którym minimalna odległość blatu stołu od podłogi wynosi 53 cm. Różnica jednego centymetra nie ma znaczenia dla użyteczności i komfortu pracy techników rtg.			Minimalna odległość blatu od podłogi	≤ 55 cm Podać	≤ 55 cm > 52 cm – 0 pkt. ≤ 52 cm – 5 pkt	21. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Minimalna odległość blatu od podłogi	≤ 55 cm Podać	≤ 55 cm > 52 cm – 0 pkt. ≤ 52 cm – 5 pkt				
22. Pytanie 8 H.11 <table><tr><td>Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych</td><td>Tak</td><td>3 komory – 0 pkt. 5 komór – 5 pkt.</td></tr></table> Prosimy o punktowanie rozwiązania umożliwiającego uzyskanie tego samego efektu tj. Automatyka AEC trójkomorowa z możliwością obrotu szuflady Bucky. Powyższe zapewnia identyczne właściwości jak w przypadku rozwiązania punktowanego przez Zamawiającego.			Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych	Tak	3 komory – 0 pkt. 5 komór – 5 pkt.	22. TAK. Zamawiający modyfikuję Załącznik nr 5 do SIWZ część H pkt. 11
Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych	Tak	3 komory – 0 pkt. 5 komór – 5 pkt.				
23. Pytanie 9 Czy Zamawiający będzie punktował zaoferowania jezdnego, zmotoryzowanego statywu płucnego poruszającego się wzdłuż długiej osi stołu (równoległe do stołu)? Jest to rozwiązanie opcjonalne zwiększające funkcjonalność aparatu rtg, szybkość			23. TAK. Zamawiający modyfikuję Załącznik nr 5 do SIWZ część H dopisując pkt. 21.			

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

wykonywania badań które tym samym podnosi komfort pacjenta oraz usprawnia pracę techników rtg. Proponowany zapis:			
RUCHOMY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH Automatyczne wyrównanie detektora z lampą RTG, zmotoryzowane przesuwanie statywu wzdłuż długiej osi stołu ≥ 300 cm	Tak /Nie	Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt.	
24. Pytanie 10 H.3			24. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 15° / + 90°.	Tak, podać		
W celu zapewnienia pełnej automatyzacji ruchów aparatu prosimy o doprecyzowanie wymagania na następujące:			
Zmotoryzowane pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 15° / + 90°.	Tak, podać		
Powyższa zmiana pozwoli personelowi Zamawiającego na dowolne ustawienie pozycji aparatu rtg za pomocą wybranych programów lub korektę położenia statywu z pilota bez konieczności ponownego przemieszczania się do statywu aby ręcznie poprawić położenia szuflady z detektorem.			
25. Pytanie 11 Prosimy o potwierdzenie, że detektory opisane w pkt. E i F mają być zamontowane na stałe w statywie oraz stole. Powyższe rozwiązanie zmniejsza ryzyko uszkodzeń mechanicznych.			25. Tak. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ część E i F.
26. Pytanie 12 W związku z faktem, iż Zamawiający jest w posiadaniu detektorów cyfrowych Carestream DRX prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie punktował:			26. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ część I .
Oferowany detektor bezprzewodowy kompatybilny z posiadaną stacją technika Carestream DRX. Posiadane detektory Carestream DRX kompatybilne z oferowanym aparatem rtg. Interfejs użytkownika aparatu rtg tożsamy z interfejsem konsoli do posiadanych detektorów.	Tak /Nie	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

27. Pytanie 13 Funkcje oprogramowania diagnostycznej stacji lekarskiej oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, zarządzanie realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) obecnie użytkowanego przez Zamawiającego albo niezależna stacja lekarska albo wolno stojąca stacja lekarska zintegrowana z PACS Prosimy o wymaganie rozwiązania opartego na licencji pływającej obecnie użytkowanego przez Zamawiającego systemu PACS, które to zapewnia zdecydowanie większą funkcjonalność i jest w pełni zintegrowane z systemem PACS. Dodatkowo należy zauważyć, iż Zamawiający jest użytkownikiem kilku stacji lekarskich opartych na licencji pływającej obecnie użytkowanego systemu PACS. Zmiana oprogramowania będzie powodowała dodatkowe trudności w obsłudze oprogramowania, których można uniknąć wykorzystując aktualnie stosowane oprogramowanie. Wobec powyższego prosimy o modyfikację na następujące: Funkcje oprogramowania diagnostycznej stacji lekarskiej oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, zarządzanie realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) obecnie użytkowanego przez Zamawiającego	27. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ część K pkt. dotyczący funkcji oprogramowania diagnostycznej stacji lekarskiej.
28. Czy w zakresie prac adaptacyjnych jest także dostawa wyposażenia typu pojemniki na ręczniki, dozowniki, lustra itp.?	28. Nie.
29. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie szkoleń w pełnym zakresie – 7 dni po 7godzin na aparacie nie warunkuje podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.	29. Zamawiający potwierdza.
30. Prosimy o potwierdzenie, że wentylacja w pomieszczeniach pracowni RTG jest sprawna i zgodna z obowiązującymi przepisami.	30. Zamawiający potwierdza.
31. Czy Zamawiający wymaga wykonania w nowej sterowni punktów sieci komputerowej?	31. Zarówno w obecnej sterowni jak i w pomieszczeniu RTG znajdują się pojedyncze gniazda logiczne sieci komputerowej. Jeżeli to wystarczy do instalacji nowego urządzenia, to Szpital nie będzie wymagał instalacji nowych punktów logicznych
32. Jeśli tak, to prosimy o informację, do którego punktu dystrybucyjnego powinny być wpięte, prosimy o podanie odległości. Czy wymagane będą jakiekolwiek elementy aktywne?	32. Odległość od najbliższego punktu dystrybucji sieci to ok. 30 metrów przewodu, punkt znajduje się piętro niżej niż Zakład Radiologii oraz ok. 10 metrów od pomieszczenia RTG. Instalacja elementów aktywnych nie będzie wymagana.
33. Czy Zamawiający oczekuje wykonania instalacji ppoż i/lub DSO dla adaptowanych pomieszczeń.	33. Nie.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

34. Prosimy Zamawiającego o podanie następujących parametrów niezbędnych do obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem: a) Średnia tygodniowa ilość badań b) Średni czas ekspozycji dla jednego badania c) Średnia wartość natężenia prądu d) Średnia wartość napięcia anody e) inne istotne parametry, które należy uwzględnić przy obliczaniu osłon stałych przed promieniowaniem rtg.	34. ad. a) 600 badań tygodniowo; ad. b) ok. 0,5 sekundy; ad. c) 75 kV; ad. d) 400-500 mA
35. Czy zamawiający potwierdza, że dostarczy wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty, leżące w gestii zamawiającego (np. księga jakości, zakładowy plan postępowania awaryjnego, instrukcja racy itp.) do uzyskania zgody na dopuszczenie aparatu RTG przez SANEPID?	35. Zamawiający potwierdza.
36. Czy sieć LAN wymaga rozbudowy, dołożenia okablowania, gniazd i urządzeń aktywnych (switch)? Jeśli tak to w jakiej kategorii?	36. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedziach do pytań 31 i 32. Wszelako dział informatyki zawsze wymaga od potencjalnych wykonawców dokonania wizji lokalnej w Szpitalu, żeby uniknąć "opcji nieprzewidzianych"
37. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje łączem internetowym o przepustowości min. 2 Mbit/sec w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki?	37. Zamawiający dysponuje łączami internetowymi o odpowiedniej przepustowości dla zdalnej diagnostyki.
38. Prosimy podać rodzaj stropów w pracowni i ponad nią.	38. Lany, zbrojony beton.
39. Czy w zakresie prac adaptacyjnych jest także dostawa mebli?	39. Zgodnie z SIWZ.
40. Dla wskazanego pomieszczenia prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej – rzut oraz przekrój pomieszczenia wraz z projektem wentylacji.	40. Zamawiający informuje wszelka dokumentacja projektowa jest dostępna w siedzibie Zamawiającego do wglądu dla Wykonawcy.
41. W przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę nowej linii zasilającej, oferent zwraca się z prośbą o wskazanie tablicy rozdzielczej do której należało będzie podłączyć nową linię zasilającą o impedancji linii zasilającej poniżej 0,11Ω.	41. Nie dotyczy.
42. Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów istniejącej linii zasilającej pracownię RTG tj.: a) przekrój kabla, b) wartość zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego kabla, c) przybliżona długość kabla zasilającego RTG z rozdzielni głównej (RG), d) odległość rozdzielni głównej (RG), z której zasilany jest RTG od stacji transformatorowej, e) przekroje kabli zasilających RG.	42. ad) a) – 4x75 mm ad) b) – 100A ad) c) – 40 mb ad) d) – 100 mb ad) e) – YKY 4x75 mm
43. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dysponuję rezerwą mocy (ok. 35kVA) niezbędną do zasilenia nowego RTG.	43. Zamawiający potwierdza.
44. Dotyczy Załącznik nr 5, Statyw do zdjęć płucnych p. 1, p. 2 i p.12 Czy Zamawiający dopuści statyw do zdjęć płucnych, który jest zamocowany na stałe do	44. zamawiający dopuszcza, modyfikuje Załącznik nr 5 do

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

podłogi bez możliwości przemieszczania go poziomo, tj. odstąpi od wymogów określonych w punktach 2. i 12. oraz punkcie 1. – ruchy detektora w poziomie? Proponowane rozwiązanie umożliwia przemieszczanie detektora na statywie jedynie wzdłuż osi pionowej przy detektorze ustawionym pionowo, poziomo lub pod kątem. Takie rozwiązanie jest optymalne użytkowego i wykorzystania powierzchni gabinetu. W celu wykonania ekspozycji pacjentowi leżącemu na stole promieniem bocznym dostarczony będzie zgodnie ze specyfikacją mogilny uchwyt do detektora. Obecnie postawiony wymóg w punktach 1 i 2 uniemożliwia złożenie nam oferty na wysokiej klasy aparat RTG z pełną automatyką.	SIWZ część H pkt. 1, 2
45. Dotyczy Załącznik nr 5, Konsola technika p.12 Czy Zamawiający dopuści konsolę technika z oprogramowaniem w języku angielskim wraz z wyraźnymi i intuicyjnymi ikonami do obsługi systemu. Krótkie, jedno-, dwusłowne opisy w języku angielskim nie stanowią żadnego problemu dla personelu obsługującego aparat, gdyż obsługa i tak odbywa się poprzez przyciskanie odpowiednich przycisków na ekranie.	45. Zamawiający dopuszcza i modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ część J pkt. 12.
46. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, INNE pkt. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w punktu zastrzeżenia o treści: „ <i>a dla oprogramowania i sprzętu IT – 5 lat.</i> ”? Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamyh z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu zgodnie z powyższą propozycją	46. Tak. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5, część „Inne” pkt. 6.
47. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, INNE pkt. 15 Uprzejmie prosimy Państwa o pisemne potwierdzenie, że z chwilą demontażu i odbioru od Państwa zdemontowany aparat RTG, o którym mowa w załączniku nr 5 do SIWZ, INNE pkt.15 aparat ten staje się – bez obowiązku zapłaty ze strony Wykonawcy na Państwa rzecz jakichkolwiek kwot - własnością Wykonawcy, co oznacza, że Wykonawca może nim swobodnie i w pełnym zakresie rozporządzać celem przekazania do utylizacji.	47. Zamawiający potwierdza. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SIWZ § 3 ust. 1,3, 4 i 5.
48. Dotyczy SIWZ, rozdział VI, pkt. 4.f) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zapisów SIWZ zapisu o treści: „ <i>Aktualne przez okres obowiązywania umowy lub przez okres związania ofert.</i> ”? W przypadku dokumentów z terminem ważności, np. certyfikatów CE wystawianych przez niezależne jednostki notyfikowane, nie ma możliwości uzyskania nowego dokumentu przed upływem jego terminu ważności. W związku z tym Wykonawcy, nie mogą zaoferować wyrobów medycznych, które zostały prawidłowo wprowadzone na rynek polski, ale nie posiadają dokumentów z datą ważności wymaganą przez Zamawiającego.	48. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

49. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §1 ust. 5 Czy Zamawiający potwierdza, że definicja protokołu odbioru końcowego, podana w §1 ust. 5, odnosi się również do protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §7 ust. 1 i ust. 2?	49. TAK.
50. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca gwarantuje zapewnia, że Przedmiot Dostawy, jego elementy oraz wyposażenie są fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, o najwyższym należytych standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad prawnych i fizycznych, oraz że spełniają wymagania Zamawiającego określone w Szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia - załączniku nr 4 i 5 stanowiących integralną część Umowy.”? Mając na uwadze zasady odpowiedzialności z kc uprzejmie prosimy o zastąpienie słowa gwarantuje słowem zapewnia. Mając na uwadze przepis art. 355 § 2 kc uprzejmie prosimy o zmianę i zastąpienie słowa najwyższym słowem należytych.	50. Zamawiający nie wyraża zgody.
51. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §8 ust. 8 - 11 Czy Zamawiający, celem doprecyzowania praw i obowiązków stron związanych z odbiorem przedmiotu umowy, wyrazi zgodę na zastąpienie w/w zapisów zapisami o treści: <i>„1. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:</i> <i>1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,</i> <i>2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi,</i> <i>3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.</i> <i>2. Jeżeli odbiór nie został dokonany z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w terminie ustalonym powyżej, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, na prawach protokołu podpisanego przez obie Strony. Uprawnienie takie dotyczy również sytuacji, kiedy Zamawiający bez uzasadnionego powodu odmawia podpisania protokołu odbioru.”?</i>	51. Zamawiający nie wyraża zgody.
52. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §11 ust. 3 pkt. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „dokonania bezpłatnej w ramach ceny sprzedaży naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy maksymalnie 5 dni roboczych”?	52. Tak. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy § 11 ust. 3 pkt. a)

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "zamówieniach publicznych" - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, że dane świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że nie może być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.	
53. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §11 ust. 3 pkt. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „dokonania bezpłatnej wymiany na nowy Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie przedmiotu dostawy, które pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw nadal wykazuje wady lub nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana Przedmiotu Dostawy na nowy, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wymiany Przedmiotu Dostawy, jego elementu lub wyposażenia przedmiotu dostawy Wykonawca udziela gwarancji na nowo dostarczony Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie przedmiotu dostawy na okres 6 miesięcy lub do końca trwania gwarancji podstawowej (w zależności co trwa dłużej) {min. 60 miesięczny}.”? Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "zamówieniach publicznych" - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, że dane świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że nie może być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.	53. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy § 11 ust. 3 pkt. b)
54. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §11 ust. 3 pkt. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu? Uzasadnione jest to faktem, że tego typu urządzenia są produkowane pod konkretne zamówienie, a dla dopuszczenia wyrobu medycznego do badania pacjentów w konkretnej placówce są wymagane odpowiednie testy urządzenia i zezwolenia organów nadzorujących, których to zezwoleń Wykonawca nie jest w stanie załatwić w szybkim terminie, w związku z czym spełnienie tego warunku nie będzie możliwe. Za zwłokę w naprawie Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że przedmiotem dostawy jest urządzenie montowane na stałe, stąd wprowadzenie urządzenia zastępczego nie jest możliwe.	54. Zamawiający z Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy wykreśla § 11 ust. 3 pkt. c) i modyfikuje § 12 ust. 1 pkt. b)
55. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §11 ust. 3 pkt. d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „dokonania bezpłatnego przeglądu Przedmiotu Dostawy zgodnie z zaleceniami i w terminach określonych przez producenta Przedmiotu Dostawy, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”? Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "zamówieniach publicznych" - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, że dane świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że nie może być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie	55. Tak. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy § 11 ust. 3 pkt. d)

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.	
56. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §11 ust. 3 pkt. e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „ dokonania bezpłatnego przeglądu Przedmiotu Dostawy, w ostatnim tygodniu okresu obowiązywania gwarancji, polegającego na bezpłatnej regulacji i konserwacji, a także bezpłatnej wymianie wyeksploatowanych elementów lub podzespołów. ”? Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o " zamówieniach publicznych " - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, że dane świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że nie może być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie ww. ustawy Prawo zamówień publicznych	56. Tak. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy § 11 ust. 3 pkt. e)
57. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §11 ust. 6 Czy Zamawiający, wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na: „Wykonawca w razie potrzeby, na podstawie odrębnej Umowy, zapewni Zamawiającemu serwis pogwarancyjny Sprzętu, przez okres 10 lat od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego zakończenia okresu gwarancyjnego. ”?	57. Zamawiający nie wyraża zgody.
58. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §11 ust. 8 Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na zastąpienie w/w zapisu zapisem o treści: „Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, zalanie itp.) c. materiały eksploatacyjne,”?	58. Zamawiający nie wyraża zgody.
59. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §11 Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 11 dodatkowych ustępów o treści: „10. Wszelkie interwencje gwarancyjne skutkują przedłużeniem gwarancji o czas niesprawności urządzenia. 11. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?	59. Zamawiający nie wyraża zgody.
60. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §12 ust. 1 pkt. b, c, d zastrzeżenia o treści: „łącznie nie więcej niż 10% w/w kwoty”?	60. Zamawiający nie wyraża zgody.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

61. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §12, ust. 1 pkt. d) Czy Zamawiający wykreśli z w/w zapisu słowo „<i>bezpłatnych</i>”? Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "zamówieniach publicznych" - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, że dane świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że nie może być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.	61. Tak. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy § 12 ust. 1 pkt. c)
62. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §12, ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „<i>z zastrzeżeniem , że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.</i>”? Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.	62. Zamawiający nie wyraża zgody.
63. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §12, ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zapisów umowy w/w ustępu?	63. Zamawiający nie wyraża zgody.
64. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §14 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „<i>i poprzedzone być wino pisemnym od rygorem nieważności wezwaniem Wykonawcy do należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 dni roboczych.</i>”? Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejszą (nadmierzającą) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż ...5... dni, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy.	64. Zamawiający nie wyraża zgody.
65. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §15, ust. 2-5	65. Zamawiający nie wyraża

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zapisów umowy w/w ustępów? Pragniemy zauważyć, że Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie ustawowej swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu wykonawców do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień Zamawiającego w tym zakresie – art. 54 ustawy.			zgody..
66. Dotyczy formularza oferty Czy Zamawiający skoryguje załącznik nr 1 do SIWZ zamieszczony na stronie internetowej w wersji edytowalnej na zgodny z zapisami wersji .pdf?			66. Zamawiający informuje, że wersją obowiązującą Załącznika nr 1 jest wersja w formacie *.pdf.
67. Pytanie 1 C.3			67. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ część C pkt. 3.
Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego kolumny	≥ 160 cm , podać	≥ 160 cm ≤ 170 cm – 0 pkt. > 170 cm – 5 pkt	
Pracownia rtg Zamawiającego w której będzie montowany aparat posiada wysokość zaledwie ok. 290 cm wobec czego niemożliwe jest uzyskanie punktowanego zakresu ruchu pionowego kolumny lampy. Prosimy zatem o usunięcie punktacji z powyższego punktu, ponieważ nie ma możliwości wykorzystania tej funkcjonalności ze względu na fizyczne ograniczenia pomieszczenia.			
68. Pytanie 2 C.7			68. Nie zgodnie z SIWZ.
Wyświetlenie na wyświetlaczu na lampie/kołpaku z informacją obok kąta lampy o położeniu detektora bezprzewodowego (kąt nachylenia), w celu ułatwienia ustawienia promienia centralnego prostopadle do detektora	Tak/Nie	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	
Powyższa funkcjonalność niestety poza samym wskazaniem nie posiada automatycznego pozycjonowania lampy w celu ustawienia promienia centralnego prostopadle do detektora. Ponadto badania z użyciem detektora bezprzewodowego w większości wykonywane są na łóżku szpitalnym gdzie nie ma konieczności określenia kąta nachylenia ponieważ detektor leży poziomo pod pacjentem. W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców, a nie faworyzowanie jedynie rozwiązań firmy Siemens bez względu na ich wykorzystanie i przydatność w trakcie codziennej pracy.			
69. Pytanie 3			69. Zamawiający modyfikuj

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5**www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

D.2			Załącznik nr 5 do SIWZ część D pkt. 2.
Pojemność cieplna anody	≥ 400 kHU, podać	≥ 400 kHU ≤ 700 kHU – 0 pkt. >700 kHU – 5 pkt	
W przypadku aparatów ogólnodiagnostycznych nie ma konieczności stosowania lampy rtg o pojemności większej niż 700 kHU. Standardowo w tego typu aparatach montowane są lampy o pojemności 300-400 kHU, które gwarantują ciągłą pracę aparatu. Lampa o powyższej wartości jest stosowana wyłącznie przez firmę Siemens (783 kHU) zarówno do aparatów ogólnodiagnostycznych rtg jak i również angiografów. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż koszt wymiany lampy po gwarancji w przypadku pojemności powyżej 700 kHU jest ponad dwukrotnie większy niż w przypadku lampy o pojemności 400 kHU. A punktowana wartość pojemności cieplnej lampy nie będzie nigdy wykorzystana . Natomiast zgodnie z szczegółowymi zasadami odnoszącymi się do wydatkowania środków publicznych ,które znalazły odzwierciedlenie w regulacji art. 35 i 44 ustawy o finansach publicznych, mają być one dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców, a nie faworyzowanie jedynie rozwiązań firmy Siemens bez względu na ich wykorzystanie i przydatność w trakcie codziennej pracy.			
70. Pytanie 4			70. Nie zgodnie z SIWZ.
D.3			
Pojemność cieplna lampy	≥ 2.0 MHU, podać	≥ 2.0 kHU ≤ 2.4 kHU – 0 pkt. >2.4 kHU – 5 pkt	
W przypadku aparatów ogólnodiagnostycznych nie ma konieczności stosowania kołpaka lampy rtg o pojemności większej 2 MHU co zapewnia ciągłą pracę aparatu. Kołpak o wartości punktowanej przez Zamawiającego jest stosowany wyłącznie przez firmę Siemens (2,43 MHU) zarówno do aparatów ogólnodiagnostycznych rtg jak i również do angiografów. W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców, a nie faworyzowanie jedynie rozwiązań firmy Siemens bez względu na ich wykorzystanie i przydatność w trakcie codziennej pracy.			
71. Pytanie 5			Tak. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ część

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

D.5			D pkt. 5.
Szybkość chłodzenia anody	≥ 100 kHU/min, podać	≥ 100 kHU/min ≤ 160 kHU – 0 pkt. >160 kHU – 5 pkt	
W przypadku aparatów ogólnodiagnostycznych nie ma konieczności stosowania lampy rtg o szybkości chłodzenia anody większej niż 100 kHU/min, która gwarantuje ciągłą pracę aparatu. Lampa o powyższej wartości jest stosowana wyłącznie przez firmę Siemens (powyżej 160 kHU/min.) zarówno do aparatów ogólnodiagnostycznych rtg jak i angiografów. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż koszt wymiany lampy po gwarancji o punktowanej wartości jest ponad dwukrotnie większy niż w przypadku lampy o pojemności 400 kHU i szybkości chłodzenia anody 100 kHU/min. Punktowana wartość szybkości chłodzenia anody nie będzie nigdy wykorzystana w maksymalnym zakresie. Natomiast zgodnie z szczegółowymi zasadami odnoszącymi się do wydatkowania środków publicznych ,które znalazły odzwierciedlenie w regulacji art. 35 i 44 ustawy o finansach publicznych, mają być one dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców, a nie faworyzowanie jedynie rozwiązań firmy Siemens bez względu na ich wykorzystanie i przydatność w trakcie codziennej pracy.			
72. Pytanie 6 G.4			72. Tak. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ część G pkt. 4.
Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego	≥ 33 cm podać	33 cm-40 cm – 0 pkt. > 40 cm – 5 pkt	
Mając na uwadze wymaganie z pkt. G.5 i wysokość pomieszczenia punktowanie większego zakresu pionowego ruchu stołu nie ma uzasadnienia i nie będzie wykorzystywane w czasie badań. Wysokość pomieszczenia przeznaczonego na instalację aparatu rtg powoduje, iż wykonywanie badań na stole umieszczonym na wysokości ok. 95cm jest niemożliwe (zbyt mała odległość lampa - pacjent). Natomiast posadowienia pacjenta na wysokości blatu ok. 95 cm jest niepraktyczne i niebezpieczne. W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców, a nie faworyzowanie jedynie rozwiązań firmy Siemens bez względu na ich wykorzystanie i przydatność w trakcie codziennej pracy.			
73. Pytanie 7 G.5			73. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Minimalna odległość blatu od podłogi	≤ 55 cm Podać	≤ 55 cm > 52 cm – 0 pkt. ≤ 52 cm – 5 pkt	
Prosimy o punktowanie rozwiązania w którym minimalna odległość blatu stołu od podłogi wynosi 53 cm. Różnica jednego centymetra nie ma znaczenia dla użyteczności i komfortu pracy techników rtg.			
74. Pytanie 8 H.11			74. Tak. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ część H pkt. 11.
Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych	Tak	3 komory – 0 pkt. 5 komór – 5 pkt.	
Prosimy o punktowanie rozwiązania umożliwiającego uzyskanie tego samego efektu tj. Automatyka AEC trójkomorowa z możliwością obrotu szuflady Bucky. Powyższe zapewnia identyczne właściwości jak w przypadku rozwiązania punktowanego przez Zamawiającego.			
75. Pytanie 9 Czy Zamawiający będzie punktował zaoferowania jezdnego, zmotoryzowanego statywu płucnego poruszającego się wzdłuż długiej osi stołu (równoległe do stołu)? Jest to rozwiązanie opcjonalne zwiększające funkcjonalność aparatu rtg, szybkość wykonywania badań które tym samym podnosi komfort pacjenta oraz usprawnia pracę techników rtg. Proponowany zapis:			75. TAK. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ część H dopisując pkt. 21.
RUCHOMY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH Automatyczne wyrównanie detektora z lampą RTG, zmotoryzowane przesuwanie statywu wzdłuż długiej osi stołu ≥ 300 cm	Tak /Nie	Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt.	
76. Pytanie 10 H.3			76. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 15° / + 90°.	Tak, podać		
W celu zapewnienia pełnej automatyzacji ruchów aparatu prosimy o doprecyzowanie wymagania na następujące:			

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Zmotoryzowane pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 15° / + 90°.	Tak, podać	
Powyższa zmiana pozwoli personelowi Zamawiającego na dowolne ustawienie pozycji aparatu rtg za pomocą wybranych programów lub korektę położenia statywu z pilota bez konieczności ponownego przemieszczania się do statywu aby ręcznie poprawić położenia szuflady z detektorem.		
77. Pytanie 11 Prosimy o potwierdzenie, że detektory opisane w pkt. E i F mają być zamontowane na stałe w statywie oraz stole. Powyższe rozwiązanie zmniejsza ryzyko uszkodzeń mechanicznych.		77. Tak. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ część E i F.
78. Pytanie 12 W związku z faktem, iż Zamawiający jest w posiadaniu detektorów cyfrowych Carestream DRX prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie punktował:		78. . Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ część I.
Oferowany detektor bezprzewodowy kompatybilny z posiadaną stacją technika Carestream DRX. Posiadane detektory Carestream DRX kompatybilne z oferowanym aparatem rtg. Interfejs użytkownika aparatu rtg tożsamy z interfejsem konsoli do posiadanych detektorów.	Tak /Nie	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
79. Pytanie 13 Funkcje oprogramowania diagnostycznej stacji lekarskiej oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, zarządzanie realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) obecnie użytkowanego przez Zamawiającego albo niezależna stacja lekarska albo wolno stojąca stacja lekarska zintegrowana z PACS Prosimy o punktowanie rozwiązania opartego na licencji pływającej obecnie użytkowanego przez Zamawiającego systemu PACS, które to zapewnia zdecydowanie większą funkcjonalność i jest w pełni zintegrowane z systemem PACS. Dodatkowo należy zauważyć, iż Zamawiający jest użytkownikiem kilku stacji lekarskich opartych na licencji pływającej obecnie użytkowanego systemu PACS. Zmiana oprogramowania będzie powodowała dodatkowe trudności w obsłudze oprogramowania, których można uniknąć wykorzystując aktualnie stosowane oprogramowanie. Wobec powyższego prosimy o modyfikację na następujące: <i>Funkcje oprogramowania diagnostycznej stacji lekarskiej</i> <i>oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie</i>		79. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ część K pkt. dotyczący funkcji oprogramowania diagnostycznej stacji lekarskiej.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

<i>stacji roboczej, zarządzanie realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) obecnie użytkowanego przez Zamawiającego - 20 pkt. albo wolno stojąca stacja lekarska zintegrowana z PACS - 0 pkt.</i>	
80. Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ pkt. INNE ppkt. 7: Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na własny koszt zapewnił pełną integrację i kompleksowe podłączenie oferowanego aparatu rentgenowskiego ze szpitalnym systemem do zarządzania dawką RTG?	81. Nie wymagamy.

Na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015, poz. 2164 z późn zm.) Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- I. Załącznik nr 5 do SIWZ;
- II. Załącznik nr 3 do SIWZ;

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,