



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom , ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00

tel. sekretariat: 48 361 3900

fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych

tel. 48 361 48 69

fax. 48 361 30-23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Nasz znak: 341.48.2017

Radom, dnia 2017-09-27

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą żelowej aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą dwóch analizatorów i zestawu manualnego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (sprawa DZP.341.48.2017).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Zapytanie do Załącznika nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (parametr), pkt. 1: Badanie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B – zgodnie z zaleceniami IHIT. Czy Zamawiający wymaga, żeby na każdej karcie do oznaczania antygenów układu ABO, były dwa odczynniki anty-D pochodzące z dwóch różnych klonów?	TAK
2.	Zapytanie do Załącznika nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (parametr), pkt.5: Odczynniki: wszystkie odczynniki i karty jednakowe dla analizatora głównego oraz backupu. Czy Zamawiający wymagając jednakowych odczynników i kart zarówno do analizatora jak i manualnego backupu miał na myśli również Odczynnik LISS do metody manualnej oraz do metody automatycznej?	TAK
3.	Zapytanie do Załącznika nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (parametr), pkt. 2: Wszystkie oferowane karty zawierają kolumnę z kontrolą wewnętrzną. Czy Zamawiający ma na myśli karty do oznaczania grupy krwi, grupy krwi noworodka oraz do kontroli antygenów u biorców i dawców? I czy przyzna 10 pkt. oferowanemu rozwiązaniu?	TAK , Zamawiający ma na myśli karty do oznaczania grupy krwi, grupy krwi noworodka oraz do kontroli antygenów u biorców i dawców. Zamawiający podtrzymuje punkcję zgodną z zapisami siwz.
4.	Zapytanie do Załącznika nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (parametr), pkt. 3, Karty do potwierdzania grupy krwi dawców	NIE

	<p>i biorców - dwa oznaczenia na jednej karcie.</p> <p>Czy Zamawiający wymaga, żeby na każdej pojedynczej karcie przeznaczony do potwierdzania grupy krwi dawców i biorców była możliwość wykonania kontroli wewnętrznej?</p>	
5.	<p>Zapytanie do Załącznika nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (parametr), pkt. 5 Brak konieczności inkubacji kart grupowych przed wirowaniem.</p> <p>Czy Zamawiający miał na myśli brak koniecznej oraz <u>rekomendowanej inkubacji kart- potwierdzonej w materiałach firmowych Wykonawcy?</u></p>	TAK
6.	<p>Zapytanie do Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 2 Grupa krwi u noworodka .</p> <p>Czy Zamawiający oczekuje, aby badanie grupy krwi noworodka z BTA wykonywane było za pomocą dwóch odczynników anty-D pochodzących z różnych klonów, z których przynajmniej jeden nie wykrywa antygenu DVI oraz antygenu grupy krwi A i B, potwierdzone były dwoma różnymi klonami na jednej karcie?</p>	TAK
7.	<p>Zapytanie do Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie, czy podana liczba badań zawiera ilości na codzienną wewnętrzną kontrolę jakości?</p>	TAK
8.	<p>Zapytanie do Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy dzierżawy, §6 ust.5.</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie, czy z uwagi na posiadanie dwóch analizatorów oraz manualnego back-upu, Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie czasu napraw tylko w dni robocze?</p>	<p>TAK, Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust.5 Załącznika nr 4 do siwz w następujący sposób:</p> <p>„Wydzierżawiający zapewnia, że czas reakcji serwisu w stosunku do zgłoszonej przez Dzierżawcę usterki wynosi (max 24 godziny) w dni robocze z przyjazdem, a dokonanie naprawy do 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia usterki”</p>

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Bęc
Tel. 48 361-32-10

