



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00
tel. sekretariat: 48 361 39 00
fax: 48 345 11 18, 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych
tel. 48 361 49 69
fax. 48 361 30 23
e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.49.2017r.

Radom 05.09.2017r.

«Firma»
«Adres»
«Kod_Pocztowy» «Miasto»
«Fax»
«Telefon»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę respiratorów dla Oddziału Neurologicznego Pododdziału Udarowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. ogłoszonego w BZP nr 577955-N-2017 z dnia 31.08.2017 (sprawa DZP.341.49.2017).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

1. – Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny z wentylacją nieinwazyjną na maskę NIV dostępna w trybach: CPAP, nCPAP, nIPPV, PCV, P-AC, PC-SIMV, PSV, beLevel oraz APRV? Ciśnieniowe tryby są dla wentylacji nieinwazyjnej najczęściej używane i są w zupełności wystarczające do poprawnej oraz wygodnej wentylacji pacjenta.	Dopuszczamy
2. – Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez pomiaru minimalnego ciśnienia? W zamian za to oferowany przez nas aparat posiada co najmniej równoważne pomiary takie jak szczytowe ciśnienie, średnie ciśnienie, ciśnienie plateau oraz ciśnienie PEEP/CPAP, natomiast istnieje możliwość minimalnego nastawienia ciśnienia.	Nie
3. Dotyczy przedmiotu dostawy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem czy zezwoli na dostawę respiratora bez wewnętrznej turbiny pozwalającej na pracę respiratora bez elektronicznego zasilania zewnętrznego?	Nie
4. Dotyczy przedmiotu dostawy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem czy zezwoli na dostawę respiratorów który na awaryjnym zewnętrznym akumulatorze wytrzyma min 30 min?	Dopuszczamy
5. Dotyczy przedmiotu dostawy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem czy zezwoli na dostawę respiratorów z parametrem nastawialnym typu Stosunek I:E 1:9,9 do 4,0:1 ?	Dopuszczamy
6. Czy Zamawiający zaakceptuje respirator z zakresem regulacji częstości oddechów 4-80 1/min?	Dopuszczamy

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

7. Czy Zamawiający zaakceptuje respirator w którym regulacja stosunku I:E odbywa się poprzez zmianę pozostałych parametrów i jest możliwa w zakresie 9,9:1 i 1:9,9?	Dopuszczamy
8. Czy Zamawiający zaakceptuje respirator z zakresem regulacji czasu wdechu 0,3-5 s.?	Dopuszczamy
9. Czy Zamawiający zaakceptuje respirator z zakresem regulacji ciśnienia wdechu 1-65 cmH ₂ O powyżej PEEP?	Dopuszczamy
10. Czy Zamawiający zaakceptuje respirator z zakresem regulacji ciśnienia wspomagania 2-65 powyżej PEEP?	Dopuszczamy
11. Czy Zamawiający zaakceptuje respirator bez pomiaru % objętości minutowej przecieku? W proponowanym przez nas rozwiązaniu mierzony jest przeciek całkowity i przeciek pacjenta.	Dopuszczamy
12. Czy Zamawiający zaakceptuje respirator bez zintegrowanego nebulizatora synchronicznego? W zamian oferujemy nebulizator zewnętrzny, z możliwością mocowania do szyny montażowej respiratora.	Dopuszczamy

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Śródkowska
48 361-32-35