



**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom , ul. Juliana Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl) [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00

tel. sekretariat: 48 361 3900

fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych

tel. 48 361 48 69

fax. 48 361 30-23

e-mail: [dzp@wss.com.pl](mailto:dzp@wss.com.pl)

Nasz znak: 341.51.2017

Radom, dnia 2017-09-05

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonywania oznaczeń analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (sprawa DZP.341.51.2017).**

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	<b>Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ</b> Par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.	<b>NIE</b> , Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
2	<b>Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ</b> Par. 9 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?	<b>NIE</b> , Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
3	<b>Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ</b> Par. 10 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?	<b>TAK</b>
4	<b>Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ</b> Par. 11 ust. 1 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia?	<b>NIE</b> , Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
5	<b>Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ</b> Par. 11 ust. 1 pkt d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla	<b>NIE</b> , Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

	przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej	
6	<b>Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ</b>  Par. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”	<b>NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</b>
7	<b>Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ</b>  Par. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?	<b>NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</b>
8	<b>Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ</b> Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?	<b>TAK, zamawiający modyfikuje zapis par. 2 ust. 2 załącznika nr 5 do siwz w następujący sposób :</b> „Wydierżawiający dostarczy Urządzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zawarcia umowy na własny koszt i ryzyko i dokona ich instalacji na własny koszt i ryzyko w terminie do 7 dni od daty dostarczenia Urządzenia.,,
9	<b>Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ</b> Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.	<b>NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</b>
10	<b>Dotyczy pkt. pkt. 1 Legandy pod tabela warunków granicznych, Załącznik nr 8 do SIWZ:</b> Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania materiału do kontroli wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnej, pochodzącego od innego producenta niż producent analizatora i pasków, kompatybilnego z oferowanym analizatorem tzn. posiadającego zmianowane wartości dla oznaczeń z paska?	<b>TAK, zamawiający dopuszcza</b>
11	Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z w	<b>TAK, Zamawiający dopuszcza</b>

	pełni automatycznym analizatorem gdzie pobieranie i dozowanie materiału badanego na pasek odbywa się bez udziału pracownika laboratorium ale o wydajności 225 oznaczeń na godzinę? Zaoferowany aparat automatycznie określa barwę i klarowność bez możliwości wyboru stopnia klarowności?	<b>zaproponowane rozwiązanie.</b> Jednocześnie wymaga dołączenia oświadczenia producenta aparatu będącego własnością Zamawiającego o kompatybilności z oferowanym aparatem.
12	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków bez możliwości rozróżniania niezhemolizowanych krwinek czerwonych jako świeże i wyługowane? Przy czym najniższy próg wykrywalności dla krwinek czerwonych wynosi ok 10 Ery/ul.	<b>TAK, zamawiający dopuszcza</b>

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Bęc  
Tel. 48 361-32-10