



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00
tel. sekretariat: 48 361 3900
fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych
tel. 48 361 49 69
fax. 48 361 30 23
e-mail: dzp@wss.com.pl

znak: DZP.341.54.2017

Radom, dnia 06.09.2017

Nr kanc.

«Firma»
«Adres»
«Kod_Pocztowy» «Miasto»
«Telefon»
«Fax»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lasera okulistycznego dla Poradni Okulistycznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (sprawa DZP.341.54.2017).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź						
1.	Czy Zamawiający dopuści uniwersalny żółty laser wielogniskowy laser o długości fali 561nm umożliwiający pracę w okolicy plamki żółtej w podprogowym (spoty niewidoczne na siatkówce)? Opcjonalnie możliwość zastosowania powojennej głowicy (multikolor).	Nie						
2.	Czy Zamawiający wymaga możliwości zmiany położenia spotu/patternu za pomocą mikromanipulatora?	Dopuszcza						
	Czy Zamawiający wymaga wewnętrznego prowadzenia światłowodu w lampie szczelinowej, uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie światłowodu?	Dopuszcza						
Dotyczy: Załącznika nr 5 do SIWZ								
4.	Pytanie 1: dot. lp. 15 Czy Zamawiający wymaga, aby maksymalna ilość punktów w szablonie grid wynosiła minimum 49? Przy dotychczasowym sformułowaniu parametru wymaganie spełnia nawet pojedyncze ognisko, ponieważ jest to poniżej „Maksimum 49”	Zamawiający wymaga, aby ilość punktów w szablonie grid wynosiła minimum 49 pkt. Punkt 15 tabeli w załączniku nr 5 do SIWZ otrzymuje brzmienie: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>15</td><td>Ilość punktów w szablonie grid</td><td>Tak– 1 pkt</td></tr></table>	1	2	3	15	Ilość punktów w szablonie grid	Tak– 1 pkt
1	2	3						
15	Ilość punktów w szablonie grid	Tak– 1 pkt						
5.	Pytanie 2: dot. lp. 17 Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania zabiegów przeciwjaskrowych w obszarze trabekulum poprzez oddziaływanie mikropulsami bez automatycznej rotacji o określony kąt po każdej ekspozycji?	Tak, dopuści.						
	Pytanie 3: dot. rubryki 3 "Wymogi graniczne/Sposób oceny" odpowiedź: "Tak - 1 pkt" Czy parametr określony taką odpowiedzią jest parametrem wymaganym, czy jedynie punktowanym, innymi słowy, czy	Parametr określony taką odpowiedzią jest parametrem wymaganym i niespełnienie parametru spowoduje odrzucenie oferty.						

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

	Zamawiający przy niespełnieniu tego parametru odrzuci ofertę?	
<u>Dotyczy: Załącznika nr 4 do SIWZ - projekt umowy</u>		
	Pytanie 4: dot. §11 ust. 3a Czy Zamawiający może dopisać, że zgłoszenie wady lub awarii będzie dokonywane na piśmie faksem lub mailem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 ⁰⁰ do 16 ⁰⁰ ?	Tak. Paragraf 11 ust 3 a) otrzymuje brzmienie: a) dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 5 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie wady lub awarii będzie dokonywane na piśmie faksem lub mailem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.
8.	Pytanie 1: dot. §3 ust. 2 i §9 ust. 1 Czy Zamawiający może doprecyzować o jaką ilość szkoleń chodzi, czy osobno jedno szkolenie dla personelu medycznego i drugie dla personelu technicznego, czy jednego wspólnego szkolenia?	Wspólnego szkolenia
9.	Pytanie 2: dot. §11 ust. 5 Czy Zamawiający wymaga w okresie gwarancji dodatkowo trzech szkoleń dla personelu medycznego i technicznego wspólnie, czy też dla każdego personelu osobno, a może tylko dla personelu medycznego.	Wspólnego szkolenia

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Sułowska
tel. 48 361-39-12