



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Telefony: Centrala: 048- 361-30-00

Sekretariat: 048-361-39-00

Fax: 048-345-11-18, 345-10-43

www.wss.com.pl

Dział Zamówień Publicznych

tel. 048- 361 49 69

fax. 048- 361 30 23

adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.60.2017

Radom, dnia 2017-10-23

Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów do stabilizacji kręgosłupa: stabilizacje transpedikularne, stabilizacje międzyztrzonowe, protezy dysków, oraz kolagenowy substytut opony twardej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.60.2017).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

LP.	Pytanie	Odpowiedź
1	<p>Czy zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym w pakiecie nr. 1 w punkcie 2 klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzyztrzonowej kręgosłupa szyjnego, wypełnione biomateriałem, sterylne.</p> <p>Klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych umożliwiającą wykonanie badań CT, MRI.</p> <p>Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni międzyztrzonowej.</p> <p>Klatki z otworem centralnym wypełnionym biomateriałem – czysty B-trójfosforan wapnia</p> <p>Klatki odtwarzające lordozę szyjną.</p> <p>W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych.</p> <p>Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu. Klatki o wysokości 5-10mm (stopniowane co 1mm) i głębokości 12,5mm.</p> <p>W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki. W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych. Narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji.</p>	Nie zamawiający nie dopuszcza
2	<p>Czy zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym w pakiecie nr. 2 w punkcie 1 Zestaw na 1 poziom: cement kostny z mieszalnikiem, komplet 2 igieł/kaniuli do podawania cementu, zestaw strzykawk do podawania cementu.</p> <p>Vertecem V+ - Cement o podwyższonej lepkości (konsystencji plasteliny), gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej.</p> <p>Strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła ułatwiające aplikację cementu. W zestawie igły bocznie otwarte, kodowane kolorami o średnicy 8G, 10G, 12G. Dostępne igły o zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte. Igły bocznie otwarte. Do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawk.</p> <p>Bezpieczna technika wprowadzania igieł – prowadzenie po drucie Kirschner'a (prowadnik skalowany).</p>	Tak, zamawiający dopuszcza
3	<p>Czy zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym w pakiecie nr. 2 w punkcie 2 igły biopsyjne o średnicy 8G i 10G</p>	Zamawiający dopuszcza 2 igły biopsyjne o średnicy 10G

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

4	<p>Czy zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym w pakiecie nr. 2 w punkcie 3 Tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości) – śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie. Średnice śrub od 4.35 mm do 7,5 mm, śruby dostępne w długościach od 30mm do 60mm. Dostępne również śruby w długościach 80-100 mm. Wysokość głowy śruby 14 mm. Wysokość głowy śruby powyżej pręta 3.99mm. Łączniki Domino równoległe i porzeczne do prętów 5,5 i 6.0.</p> <p>Pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluźwaniem blokera w śrubie. śruby mono- i poliaksjalne umożliwiające dystrakcję i kompresję równoległą.</p> <p>Tulipanowe haki laminarne szerokie i wąskie, haki pedikularne, haki odgięte w prawo i w lewo, haki „offsetowe”, haki wyciągowe. Pręty z możliwością docinania do pożądanego rozmiaru dostępne w długościach od 30mm do 480 mm. W zestawie poprzeczki tytanowe.</p> <p>W zestawie narzędzi klucz dynamometryczny. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora)</p>	Tak, zamawiający dopuszcza
5	<p>Czy zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym w pakiecie nr 2 w punkcie nr 4 klatki zbudowane z materiału PEEK wzmocnionego włóknami węglowymi. Implanty posiadające kształt anatomiczny ścięty, o wygładzonej ścianie przedniej i tylnej. Implanty umożliwiające małoinwazyjną implantację. Górna i dolna powierzchnia implantów żebrzana. Możliwa implantacja klatki z dwóch stron do wyboru operatora.</p> <p>Klatki dostępne w dwóch opcjach: równoległe (0 stopni) oraz z kątem nachylenia 5 stopni w płaszczyźnie strzałkowej dla otworzenia lordozy. Implanty dostępne w wysokościach od 7 do 13mm stopniowane co 1mm, szerokościach 9mm i 11mm oraz długościach 12mm, 27mm, 31mm oraz 35mm. Implant zaopatrzony w nieprzeziernie dla promieni RTG, zintegrowane tantalowe znaczniki radiologiczne. Instrumentarium pozwalające na implantację klatek pod dwoma kątami.</p>	Tak, zamawiający dopuszcza
6	<p>W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz politykę compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.</p>	Agata Łuczycka-Chojnacka Alicja Jastrzębska Zbigniew Kotwica Ilona Lis

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis
Numer telefonu: 48 361-32-10