



**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)   [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819  
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł   NIP 7962963679,   REGON 670209356  
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00  
tel. sekretariat: 48 361 39 00  
fax: 48 345 11 18, 345 10 43

**Dział Zamówień Publicznych**  
tel. 48 361 49 69  
fax. 48 361 30 23  
e-mail: [dzp@wss.com.pl](mailto:dzp@wss.com.pl)

**Znak: DZP.341.61.2017r.**

**Radom 19.10.2017r.**

«Firma»  
«Adres»  
«Kod\_Pocztowy» «Miasto»  
«Fax»  
«Telefon»

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę respiratorów dla Oddziału Pulmonologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. ogłoszonego w BZP nr 602306-N-2017 z dnia 17.10.2017 (sprawa DZP.341.61.2017).**

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

1. <b>Pkt. 14</b> Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny z wentylacją nieinwazyjną na maskę NIV dostępna w trybach: CPAP, nCPAP, nIPPV, PCV, P-AC, PC-SIMV, PSV, beLevel oraz APRV? Takie rodzaje trybów wentylacji są dla wentylacji nieinwazyjnej najczęściej używane i są w zupełności wystarczające do poprawnej oraz wygodnej wentylacji pacjenta.	Tak
2. <b>Pkt. 31</b> Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez pomiaru minimalnego ciśnienia? W zamian za to oferowany przez nas aparat posiada co najmniej równoważne pomiary Szczytowe ciśnienie, średnie ciśnienie, ciśnienie plateau oraz ciśnienie PEEP/CPAP, natomiast istnieje możliwość minimalnego nastawienia ciśnienia.	Nie
3. <b>Pkt. 41</b> Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez pomiaru minutowej objętości przecieków? W zamian za to oferowany przez nas aparat posiada co najmniej równoważne pomiary jak % przecieków oraz przepływ przecieku.	Tak

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:  
Elżbieta Śródkowska  
48 361-32-35