



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom , ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00

tel. sekretariat: 48 361 3900

fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych

tel. 48 361 48 69

fax. 48 361 30-23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Nasz znak: 341.64.2017

Radom, dnia 2017-10-26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów do znieczulania dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (sprawa DZP.341.64.2017).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Dotyczy wzoru umowy, par. 11, ust. 3a Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?	TAK , zamawiający modyfikuje zapis par. 11 ust. 3a wzoru umowy w następujący sposób: a) „dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 4 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy maksymalnie 7 dni roboczych”
2.	Dotyczy wzoru umowy, par. 11, ust. 3b Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawną byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownych zmian we wzorze umowy.	Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz Zamawiający oczekuje „... bezpłatnej wymiany na nowy Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie , które pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw nadal wykazuje wady...”

3.	<p>Dotyczy wzoru umowy, par. 11, ust. 3c</p> <p>Czy Zamawiający dopuści zmianę brzmienia tego punktu na następujący: "Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ"?</p>	<p>Zamawiający modyfikuje zapis par. 11 ust. 3c wzoru umowy w następujący sposób:</p> <p>c) „dostarczenia i montażu bezpłatnie, do siedziby Zamawiającego urządzenia zastępczego, o nie gorszych parametrach użytkowych jak Przedmiot Dostawy, w przypadku wady lub awarii uniemożliwiającej korzystanie z Przedmiotu Dostawy lub w przypadku gdy czas naprawy Przedmiotu Dostawy przekracza 5 dni kalendarzowych. Dostarczenie i montaż urządzenia zastępczego, jego elementu lub wyposażenia nastąpi w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się także do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania naprawy”</p>
4.	<p>Dotyczy wzoru umowy, par. 12, ust. 1</p> <p>W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu</p>	<p>NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.</p>

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Bęc
Tel. 48 361-32-10