

# Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl) [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)



Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Telefony: Centrala: 048- 361-30-00

Sekretariat: 048-361-39-00

Fax: 048-345-11-18, 345-10-43

**Dział Zamówień Publicznych**

tel. 048- 361 49 69

fax. 048- 361 30 23

adres e-mailowy: [dzp@wss.com.pl](mailto:dzp@wss.com.pl)

DZP.341.67.2017

Radom, dnia 02.11.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie Oddziału Neonatologii dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o., (sprawa DZP.341.67.2017)

**Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:**

Pytanie	Odpowiedź
1. Dot. ZAŁ. NR 7 do SIWZ pkt. 70 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu USG do badań wczesniaków, bez możliwości zduplikowania obrazu diagnostycznego z monitora na panelu dotykowym celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych np. biopsja, wkłucia. Aparat oferowany przez naszą firmę posiada szeroki 21'5" ekran LCD umożliwiający włączenie jednocześnie dwóch pełnodiagnostycznych obrazów z głowicy, w którym na jednym przedstawiony jest obraz bazowy, a na drugim obrazowanie toru biopsyjnego. Taki tryb obrazowania jest znacznie bardziej ergonomiczny i bezpieczny, gdyż nie zmusza użytkownika do skupiania się na dolnym ekranie dotykowym podczas procedur interwencyjnych np. biopsja, wkłucia., minimalizując ryzyko popełnienia błędu podczas prowadzenia igły biopsyjnej.	1. Zamawiający dopuszcza.
2. Dotyczy Części 1 – Inkubatory otwarte Czy Zamawiający będzie wymagał fabrycznie nowego urządzenia wyprodukowanego w 2017r.?	2. Tak.
3. Dotyczy wzoru umowy, par. 11, ust. 3a Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?	3. Zamawiający zmienia treść § 11, ust. 3 lit. a) wzoru umowy na następujący: a) <i>dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 3 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności importu części zamiennych spoza granic Unii Europejskiej w ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.</i>
4. Dotyczy wzoru umowy, par. 11, ust. 3b Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym prosimy	Zamawiający zmienia treść § 11, ust. 3 lit. b) wzoru umowy na następujący: b) <i>dopuszcza się dwie bezpłatne naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on bezpłatnie wymieniony na nowy. W przypadku braku</i>

**Mazowsze.**

serce Polski

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5**  
[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819  
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356  
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

o wprowadzenie stosownych zmian we wzorze umowy.	<i>technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie bezpłatnie wymienione całe urządzenie. Wymiana Przedmiotu Dostawy na nowy, nastąpi w ciągu 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wymiany Przedmiotu Dostawy, jego elementu lub wyposażenia Wykonawca udziela gwarancji na nowo dostarczony Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie na okres ..... gwarancji (zgodnie z formularzem ofertowym)</i>
5. Dotyczy wzoru umowy, par. 11, ust. 3c Czy Zamawiający dopuści zmianę brzmienia tego punktu na następujący: "Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ"?	5. NIE.
6. Dotyczy wzoru umowy, par. 12, ust. 1 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęto się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.	6. NIE.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
1. Zamawiający modyfikuje Załącznik 4 do SIWZ – wzór umowy § 11 ust. 3a i 3b (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym).

Z poważaniem,

**Sprawę prowadzi:**  
Konrad Sputowski  
**Numer telefonu:**  
48 361 34 90