


# Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl) [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)



Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Telefony: Centrala: 048- 361-30-00

Sekretariat: 048-361-39-00

Fax: 048-345-11-18, 345-10-43

**Dział Zamówień Publicznych**

tel. 048- 361 49 69

fax. 048- 361 30 23

adres e-mailowy: [dzp@wss.com.pl](mailto:dzp@wss.com.pl)

DZP.341.72.2017

Radom, dnia 14.11.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę echokardiografu średniej klasy dla Poradni Kardiologii Dziecięcej (sprawa DZP.341.72.2017)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.. poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Pytanie	Odpowiedź
1. Urządzenie, które Wykonawca chce zaoferować, jest wyposażone w możliwość zdalnej diagnostyki poprzez sieć Internet za pomocą połączenia szyfrowanego poprzez dedykowane serwery, zapewniające całkowite bezpieczeństwo zdalnych operacji serwisu, z wykorzystaniem łącza o przepustowości min. 512 kbps. Praktyka wskazuje, że umożliwia to bardzo szybką reakcję serwisu, a często również naprawę bez konieczności obecności inżyniera serwisu w miejscu instalacji. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na przyłączenie oferowanego aparatu do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki oraz rozważy zawarcie dodatkowej umowy dotyczącej ochrony danych osobowych, regulującej bezpieczeństwo danych podczas używania możliwości zdalnej diagnostyki urządzenia poprzez sieć komputerową?	1. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przyłączenie oferowanego aparatu do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej. Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 5 do wzoru umowy.
2. Dot. §11 wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem dni w zapisach paragrafu ma na myśli dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, jeśli nie precyzuje inaczej	2. TAK, potwierdzamy.
3. Dot. §11, ust. 3, lit. a) wzoru umowy: W przypadku urządzenia, które Wykonawca chce zaoferować, zachodzi niekiedy potrzeba importu części zamiennych spoza granic Unii Europejskiej. Wiąże się to z procedurami celnymi i może potrwać nawet do 5 dni roboczych. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy do 7 dni roboczych?	3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Dot. §11 ust.3 lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie wymienione całe urządzenie.” ? Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu.	4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5**  
[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)    [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819  
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356  
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.	
5. Dot. §11, ust. 3, lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatu z 21 do 28 dni w przypadku wymiany aparatu na nowy? Urządzenie będące przedmiotem zamówienia produkowane jest na bieżąco i w konfiguracji w zależności od potrzeb klienta, w związku z powyższym prosba o wydłużenie terminu podyktowana jest możliwymi problemami natury produkcyjno-logistycznej aniżeli złą intencją wykonawcy?	5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. Dot. §11, ust. 9 wzoru umowy: Naprawy urządzenia, będącego przedmiotem umowy, ze względu na swoją specyfikę powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany przez producenta serwis. Wykonawca nie może zagwarantować prawidłowości naprawy wykonanej przez serwis nieautoryzowany. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że w razie zastosowania par.11 ust. 9 Umowy Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, przeprowadzonej w ten sposób naprawy. Jednocześnie zwracamy się do Zamawiającego o następującą modyfikację tego zapisu:  <i>W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w § 11 ust. 3 a), 3 b), 3 Umowy, w tym niedotrzymania zastrzeżonych terminów Umownych Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania napraw innemu autoryzowanemu podmiotowi (serwisowi) na koszt Wykonawcy</i>	6. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 11 ust. 9
7. Dot. §12 ust. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu 0,2% w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych w par. 12 ust. 1 pkt b-d?	7. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
1. Zamawiający modyfikuje Załącznik 4 do SIWZ – wzór umowy § 11 ust. 9 (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym).

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:  
Konrad Sputowski

Numer telefonu:  
48 361 34 90