



**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)   [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819  
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł   NIP 7962963679,   REGON 670209356  
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00  
tel. sekretariat: 48 361 39 00  
fax: 48 345 11 18, 345 10 43

**Dział Zamówień Publicznych**  
tel. 48 361 49 69  
fax. 48 361 30 23  
e-mail: [dzp@wss.com.pl](mailto:dzp@wss.com.pl)

**Znak: DZP.341.74.2017r.**

**Radom 28.11.2017r.**

«Firma»  
«Adres»  
«Kod\_Pocztowy» «Miasto»  
«Fax»  
«Telefon»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie Sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej w aparaturę i sprzęt medyczny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (sprawa DZP.341.74.2017).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

<u>Dotyczy</u>	
Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie – 4 szt.	
1. Dot pkt 2, 19, 24, 26 Czy Zamawiający dopuści łóżko wytworzone w technologii i opracowanych rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatków jonów srebra, gdyż działanie preferencyjne jest ważniejsze niżeli zwalczające? Proponowane łóżko posiada kolumny cylindryczne łatwe do dezynfekcji, szczyty oraz barierki wytworzone w technologii jednolitego odlewu tworzywowego, o gładkich powierzchniach, wszystkie powierzchnie ramy i leża gładkie i łatwe do czyszczenia. Technologia jonów srebra wymusza na użytkowniku stosowanie specjalnych środków do dezynfekcji, co w skutkach obciąża dodatkowo Zamawiającego kosztami. Stosowanie standardowych środków niszczy jony srebra. Tym samym prosimy Zamawiającego o odstąpienie dostarczenia certyfikatów potwierdzających antybakteryjność lakieru i tworzywa. Czy Zamawiający zrezygnuje tym samym z wymogu opisanego w pkt 32?	Dopuszczamy
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1045mm z podniesionymi barierkami oraz 1025mm z opuszczonymi barierkami?	Dopuszczamy
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana jest w bezpieczniejszy niż opisany sposób, tj. jedynie za pomocą panelu sterowania w zakresie 13° w obydwu kierunkach?	Dopuszczamy
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0 - 30° również w funkcji autokontur?	Dopuszczamy
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji oparcia pleców 100mm?	Dopuszczamy

## Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl) [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema kołami o średnicy 150mm z centralną blokadą wszystkich czterech kół za pomocą jednej dźwigni nożnej?	Dopuszczamy
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem pod podwoziem 160mm, gwarantującym bezproblemowe podjechanie Ramieniem C oraz podnośnikami pacjenta?	Dopuszczamy
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą leża wyposażoną w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - dwie listwy ze stali metalowej, lakierowanej proszkowo do mocowania wyposażenia po bokach leża) - poziomnice, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po cztery haczyki z dwóch stron leża ?	Dopuszczamy
9. Czy Zamawiający dopuści łóżko barierkami wykonanymi z tworzywowych odlewów, dzielone, składane za pomocą jednej ręki, opuszczanie barierek wspomagane sprężyną gazową?	Dopuszczamy
10. Czy Zamawiający wymagając łóżka z segmentem pleców wykonanym z płyty laminatowej, przezierniej dla RTG będzie wymagał aby tym samym łóżko umożliwiała współpracę z aparatem RTG, standardowym oraz Ramieniem C, tj. aby była możliwość wykonywania zdjęcia RTG bezpośrednio na łóżku?	Dopuszczamy
11. Czy Zamawiający wymagając łóżka z segmentem pleców wykonanym z płyty laminatowej, przezierniej dla RTG będzie wymagał aby łóżko było wyposażone w pozycjoner na kasetę, umieszczony pod segmentem pleców z możliwością pozycjonowania kasety od gowy aż do miednicy?	Dopuszczamy
12. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na łóżko wraz z szafką opisaną poniżej? <ul style="list-style-type: none"><li>• Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.</li><li>• Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo</li><li>• Wymiary zewnętrzne szafki:<ul style="list-style-type: none"><li>- Wysokość : 93 cm,</li><li>- Głębokość : 48,5 cm</li><li>- Szerokość: 51 cm,</li><li>- Regulacja wysokości blatu bocznego: 73 – 110 cm</li><li>- Wymiary blatu bocznego: 35-60 cm</li></ul></li><li>• Szafka wyposażona w:<ul style="list-style-type: none"><li>- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości 82mm</li><li>- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki<ul style="list-style-type: none"><li>- drugą szufladę o wysokości 365mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą,</li><li>- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki</li></ul></li></ul></li></ul> <p>Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia</li></ul>	Dopuszczamy

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)   [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł   NIP 7962963679,   REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów.</li><li>• Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki</li><li>• Układ jezdnny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem</li><li>• System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelny oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł.</li><li>• Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.</li><li>• Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się</li><li>• Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta</li></ul> |  |
|---|--|

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:  
Elżbieta Śródkowska  
48 361-32-35