



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00
tel. sekretariat: 48 361 39 00
fax: 48 345 11 18, 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych
tel. 48 361 49 69
fax. 48 361 30 23
e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.3.2018r.

Radom 29.03.2018r.

«Firma»
«Adres»
«Kod_Pocztowy» «Miasto»
«Fax»
«Telefon»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatorów do identyfikacji oznaczania lekowrażliwości szczepów oraz do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa DZP.341.3.2018).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	1.Dot poz 37 tabeli asortymentowo-cenowej: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża o średnicy 65 mm?	Tak pod warunkiem, że: 1. Płytki będą sterylizowane radiacyjnie i potrójnie pakowane oraz 2. Wykonawca na czas trwania umowy udostępni bezpłatnie Zamawiającemu Count-Tact Aplikator, zabezpieczający wystandaryzowane pobieranie próbek z powierzchni (czas i nacisk) zgodnie z normą ISO 18593 oraz Bi-Box Count-Tact do ochrony płytek podczas transportu i inkubacji – powyższe odpowiednie do rozmiaru oferowanej płytki.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Śródkowska
48 361-32-35