



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00
tel. sekretariat: 48 361 39 00
fax: 48 345 11 18, 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych
tel. 48 361 49 69
fax. 48 361 30 23
e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.3.2018r.

Radom 19.03.2018r.

«Firma»
«Adres»
«Kod_Pocztowy» «Miasto»
«Fax»
«Telefon»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatorów do identyfikacji oznaczania lekowrażliwości szczepów oraz do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa DZP.341.3.2018).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

<p>1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o możliwość wyceny testów w formie testów łączonych: identyfikacja+ lekowrażliwość.</p> <p>Obecnie w laboratoriach diagnostycznych w Polsce wykonuje się ok. 70% jednoczesnych identyfikacji oraz lekowrażliwości metodą automatyczną dla tego samego pacjenta.</p> <p>Niektóre sytuacje kliniczne i diagnostyczne wymagają podjęcia decyzji o jednoczesnym przeprowadzeniu badania w kierunku identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, w odniesieniu do konkretnego przypadku klinicznego.</p> <p>W związku z tym, z punktu widzenia merytorycznego i ekonomicznego zasadne jest wykonanie równoległe, za pomocą jednego, a nie dwóch testów w tym samym czasie, wspomnianych powyżej procedur diagnostycznych.</p> <p>Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu zarówno stosowanie testów rozdzielnych w przypadku wykonywania na analizatorze jedynie częściowego oznaczenia identyfikacji lub lekowrażliwości oraz umożliwi jednoczesne wykonanie tych badań na jednym module testowym.</p> <p>Rozwiązanie to pozwoli również na uzyskanie znacznej redukcji kosztów badań, w przypadku wykonania pełnego badania identyfikacji oraz lekowrażliwości dla danego pacjenta, jednocześnie zwiększa standaryzację oraz wiarygodności wyniku badania (testy do identyfikacji i lekowrażliwości wykonywane będą z tych samych kolonii bakteryjnych - materiału użytego do badania).</p>	<p>Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny testów w formie testów łączonych: identyfikacja+ lekowrażliwość (70% testów spośród wykazanych w formularzu cenowym - opis przedmiotu zamówienia), które należy uwzględnić w formularzu cenowym – opis przedmiotu zamówienia wraz z przeliczeniem ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.</p>
--	--

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Jednocześnie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego formularza asortymentowo-cenowego w postaci:

Lp	Element przedmiotu zamówienia					j.m.	Ilość	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie PLN	Wartość netto PLN (9 × 10)	Stawka podatku VAT %	Kwota podatku VAT PLN (11 × 12)	Wartość brutto PLN (11 + 13)
	Opis wyrobu	Producent, kraj pochodzenia	Rodzaj sacna firmowa	Numer Katalogowy	Wielkość opakowania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Podłoża, testy i odczynniki diagnostyczne, odczynniki dodatkowe, kalibratory, materiały kontrolne oraz akcesoria i materiały zużywalne, w tym szczepy wzorowe do przeprowadzenia kontroli jakości według zaleceń producenta do wykonywania badań mikrobiologicznych na okres 44 miesięcy													
TESTY IDENTYFIKACYJNE													
1.	Testy do identyfikacji bakterii Gram ujemnych					oznaczeń	6600						
2.	Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich					oznaczeń	1850						
3.	Testy do identyfikacji bakterii: Neisseria, Haemophilus					oznaczeń	360						
4.	Testy do identyfikacji bakterii beztlenowych					oznaczeń	730						
5.	Testy do identyfikacji drożdżaków					oznaczeń	1100						
TESTY ANTYBIOGRAMOWE													
6.	Testy do określania lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych					oznaczeń	3000						
7.	Testy do określania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich					oznaczeń	2250						
8.	Testy do określania lekowrażliwości drożdżaków					oznaczeń	640						
Testy IDENTYFIKACJA + ANTYBIOGRAM													
	Testy do identyfikacji i określania lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych					oznaczeń	15400						
	Testy do identyfikacji i określania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich					oznaczeń	4350						

Ilość oznaczeń przy użyciu testów pojedynczych i łączonych jest tożsama z wyspecyfikowaną przez Zamawiającego:

Ilość oznaczeń identyfikacji bakterii Gram ujemnych = 6600 + 15400 = 22000

Ilość oznaczeń identyfikacji bakterii Gram dodatnich = 1850 + 4350 = 6200

Ilość oznaczeń lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych = 3000 + 15400 = 18400

Ilość oznaczeń lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich = 2250 + 4350 = 6600

2. Czy Zamawiający w pozycji 8A wyrazi zgodę na wycenę akcesoriów i części zużywalnych do punktów 1-8?

Zgodnie z pkt.6 załącznika nr 1 do umowy (na dostawę podłoży, testów i odczynników diagnostycznych oraz materiałów zużywalnych do aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości szczepów oraz do posiewów krwi i płynów ustrojowych) Wykonawca musi zapewnić w odpowiedniej ilości dla pozycji od 1 do 39 w/w załącznika - podłoża, testy, odczynniki diagnostyczne, odczynniki dodatkowe, kalibratory, materiały kontrolne oraz akcesoria i materiały zużywalne, w tym szczepy wzorowe do przeprowadzenia kontroli jakości według zaleceń producenta do wykonywania badań mikrobiologicznych, które należy uwzględnić w formularzu cenowym-opis przedmiotu zamówienia.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

<p>3. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, czy wyrazi zgodę na umieszczenie w pozycji: Probówki kalibracyjne do densytometru w kolumnie ilość (8) 1 zestaw?</p>	<p>Zgodnie z pkt.6 załącznika nr 1 do umowy (na dostawę podłoży, testów i odczynników diagnostycznych oraz materiałów zużywalnych do aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości szczepów oraz do posiewów krwi i płynów ustrojowych) Wykonawca musi zapewnić w odpowiedniej ilości dla pozycji od 1 do 39 w/w załącznika - podłoża, testy, odczynniki diagnostyczne, odczynniki dodatkowe, kalibratory, materiały kontrolne oraz akcesoria i materiały zużywalne, w tym szczepy wzorowe do przeprowadzenia kontroli jakości według zaleceń producenta do wykonywania badań mikrobiologicznych, które należy uwzględnić w formularzu cenowym-opis przedmiotu zamówienia.</p>
<p>4. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, czy wyrazi zgodę na umieszczenie w pozycji: Indykator do testów do lekowrażliwości ilość zaoferowanych opakowań nie oznaczeń?</p> <p>Odczynnik ten konfekcjonowany jest po 10 fiolek w opakowaniu, jedna fiołka wystarcza na 150 oznaczeń i jest ważna przez dwa tygodnie po otwarciu, Wykonawca przelicza dany odczynnik w sposób zapewniający Wykonawcy ciągłość terminu przydatności w trakcie trwania umowy.</p>	<p>Zgodnie z pkt.6 załącznika nr 1 do umowy (na dostawę podłoży, testów i odczynników diagnostycznych oraz materiałów zużywalnych do aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości szczepów oraz do posiewów krwi i płynów ustrojowych) Wykonawca musi zapewnić w odpowiedniej ilości dla pozycji od 1 do 39 w/w załącznika - podłoża, testy, odczynniki diagnostyczne, odczynniki dodatkowe, kalibratory, materiały kontrolne oraz akcesoria i materiały zużywalne, w tym szczepy wzorowe do przeprowadzenia kontroli jakości według zaleceń producenta do wykonywania badań mikrobiologicznych, które należy uwzględnić w formularzu cenowym-opis przedmiotu zamówienia.</p>
<p>5. Parametry wymagane analizator do identyfikacji i lekowrażliwości</p> <p>Pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym interpretacja wyników odbywa się przez Zaawansowany System Eksperymentalny przygotowany w oparciu o bazę danych EUCAST?</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>
<p>6. Pytanie do zapisu:</p> <p><u>„Wykonawca musi zapewnić w ramach wynagrodzenia umownego udział w programie zewnątrzlaboratoryjnej Kontroli Jakości Badań z właściwą częstością określoną przez organizatorów tych badań, ale nie objętych kontrolą zewnętrzną przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej”.</u> –</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie w jakim programie zewnątrzlaboratoryjnej Kontroli Jakości Badań i z jaką częstotliwością będzie uczestniczył Zamawiający.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>
<p>7. Dotyczy pkt 8 tabeli asortymentowo cenowej: Testy do określania lekowrażliwości drożdżaków.</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie w pozycji wielkość opakowania 80 jeśli Wykonawca w swojej ofercie posiada testy konfekcjonowane po dwa oznaczenia na jednej płytce, a płytki konfekcjonowane są po 40 szt. w opakowaniu?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie „testów do określania lekowrażliwości drożdżaków” konfekcjonowanych w op. po 80 szt., ale Wykonawca musi przeliczyć ilość zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.</p>
<p>8. Dot. pkt 9</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9 oprócz podłoża beztlenowego z inhibitorem antybiotyków podłoże lityczne?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie „podłoża z inaktywatorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów beztlenowych” wraz z podłożem litycznym oraz z przeliczeniem ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, które należy uwzględnić w formularzu cenowym-opis przedmiotu zamówienia.</p>

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5**www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

9. Dot. pkt 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 10 oprócz podłoża tlenowego z ainhibitorem antybiotyków selektywnego podłoża do hodowli grzybów konfekcjonowanego w szkle?	Zamawiający dopuszcza zaferowanie „podłoża z inaktywatorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów tlenowych” wraz z selektywnym podłożem do hodowli grzybów konfekcjonowanego w szkle wraz z przeliczeniem ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, które należy uwzględnić w formularzu cenowym-opis przedmiotu zamówienia
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o pozycję wymaganego przez oferenta zwalidowanego z podłożami suplementu do posiewu płynów ustrojowych i małych objętości krwi tj. poniżej 0,5ml? Jeśli tak prosimy o podanie szacunkowej ilości posiewanych na podłoża płynów ustrojowych oraz małych objętości krwi.	Zamawiający dopuszcza zaferowanie przez Wykonawcę zwalidowanego z podłożami suplementu do posiewu płynów ustrojowych i małych objętości krwi tj. poniżej 0,5ml, który należy uwzględnić w formularzu cenowym-opis przedmiotu zamówienia. 370 oznaczeń na 44 miesiące, Wykonawca musi przeliczyć ilość zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego
11. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia suplementu o terminie ważności zapewniającej ciągły dostęp 365 dni w roku?	Zamawiający dopuszcza zaferowanie suplementu o terminie ważności zapewniającym dostęp przez 365 dni w roku
12. Dot. par. 6 ust. 7 wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww zapisu na: ”W przypadku awarii dzierzawionych urządzeń trwającej dłużej niż 3 dni robocze (...)”?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
13. Dot. par. 11 ust. 1a, b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej w ww. ustępach z 1% na 0,1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy?	Zgodnie z SIWZ.
14. Dot. par. 11 ust. 1c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary z 30% na 10% kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego?	Zgodnie z SIWZ.
15. Dot. par. 11 ust. 1d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: (...) kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy?	Nie
16. W związku z wymogiem przedstawienia na wezwanie certyfikatów, kart charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz ulotek, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie ww. dokumentów podpisanych tylko na pierwszej stronie (poświadczonych za zgodność z oryginałem, z podaniem ilości stron)- ze względu na obszerność dokumentacji?	Nie
Projekt umowy, załącznik nr 3 do SIWZ	
17. §9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?	Zgodnie z SIWZ.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

<p>18. § 8 ust. 7</p> <p>Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?</p>	<p>Zgodnie z SIWZ.</p>
<p>19. § 8 ust. 7</p> <p>Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?</p>	<p>Zgodnie z SIWZ.</p>
<p>20. § 11 ust. 1</p> <p>Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?</p>	<p>Zgodnie z SIWZ.</p>
<p>21. § 11 ust. 1</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?</p>	<p>Tak. § 11 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>ust. 1 - Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:</p> <ul style="list-style-type: none">a) w razie opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu określonego w § 10 ust 1 Umowy terminu realizacji zamówienia Przedmiotu Dostawy – kara umowna w wysokości 1 % wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy, za każdy dzień zwłoki;a) w razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia wady, wymiany na nowy lub uzupełnienia braków ilościowych Przedmiotu Dostawy, w stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 8 Umowy – kara umowna w wysokości 1 % wartości netto danej dostawy, za każdy dzień zwłoki,b) za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 30 % kwoty netto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego,c) w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy– kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 3 Umowy.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

<p>22. §11 ust. 1 litera d</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:</p> <p>Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.</p>	Nie
<p>23. §11 ust. 1 litera c</p> <p>Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie % naliczanej kary do max. 10%?</p>	Zgodnie z SIWZ.
<p>24. §11 ust. 1 litera c</p> <p>Czy Zamawiający może uzasadnić sposób naliczania kary?</p>	§11 ust. 1 litera c otrzymuje nowe następujące brzmienie: lit. c) – „za niezrealizowanie w całości Przedmiotu dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 30 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego”,
<p>25. §11 ust. 1</p> <p>Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?</p>	Nie
<p>26. §10 ust. 4 litera f oraz g</p> <p>Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej (specyfikacje produktów, MSDS) w formie elektronicznej, np. w postaci plików nagranych na płytę CD lub załączników przesłanych e-mailem?</p>	Tak dopuszczamy
<p>27. Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?</p>	Zgodnie z SIWZ
<p>28. Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?</p>	Tak dopuszczamy
<p>29. Czy Zamawiający może określić, jeżeli przewiduje, maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa? Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.</p>	Zgodnie z SIWZ

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Śródkowska
48 361-32-35