



**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl) [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Telefony: Centrala: 048- 361-30-00

Sekretariat: 048-361-39-00

Fax: 048-345-11-18, 345-10-43

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)

**Dział Zamówień Publicznych**

tel. 048- 361 49 69

fax. 048- 361 30 23

adres e-mailowy: [dzp@wss.com.pl](mailto:dzp@wss.com.pl)

Znak sprawy: DZP.341.04.2018

Radom, dnia 2018-01-25

**Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę elementów do mechanicznego usuwania elektrod wewnątrzsercowych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.04.2018).**

*Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:*

LP.	Pytanie	Odpowiedź
1	<b><u>Dotyczy przedmiotu zamówienia – część nr 1</u></b> Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 części 1 pętli chwytających typu łąso wraz z cewnikiem o dostępnych średnicach oczka: 5, 10, 15, 20, 30mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.	Tak, zamawiający dopuszcza
2	<b><u>Dotyczy przedmiotu zamówienia – część nr 1</u></b> Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 5 części 1 przewodników hydrofilnych o średnicy 0.035” i dostępnych długościach: 150 lub 180cm	Tak, zamawiający dopuszcza

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis  
Numer telefonu: 48 361-32-10