

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00
tel. sekretariat: 48 361 3900
fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych
tel. 48 361 49 69
fax. 48 361 30 23
e-mail: dzp@wss.com.pl

znak: DZP.341.16.2018
Nr kanc.

Radom, dnia 10.04.2018

«Firma»
«Adres»
«Kod_Pocztowy» «Miasto»
«Telefon»
«Fax»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do zabiegów chirurgicznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (sprawa DZP.341.16.2018).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

[illegible]

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

	na nowy lub uzupełnienia braków ilościowych Przedmiotu Dostawy, w stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 7 Umowy – kara umowna wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwych lub brakujących części Przedmiotu Dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych/ brakujących części dostawy; c) za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego, d) w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10% <u>niezrealizowanej części</u> wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 Umowy.	c) Nie d) Zamawiający wyrażą zgodę. Paragraf 11 ust. 1d) umowy otrzymuje brzmienie: “d) w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 Umowy.”
4	Zadanie nr 7 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej poliuretanowej o pow. lepnej 15x28 cm.	Nie
5	Zadanie nr 7 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej poliuretanowej o pow. lepnej 34x40 cm.	Nie
6	W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką (...), stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt 4 protokołu tj danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.	Tomasz Skura Krzysztof Zajac Bożenna Pacholczak Agata Łuczicka-Chojnacka Adam Roguś Izabela Wąsik Agnieszka Sułowska Michał Kucharczyk
7	Pakiet 6 pozycja nr 2 i 3 Czy Zamawiający wymaga folii chirurgicznej sterylnej, oddychającej, antystatycznej, matowej, z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji. Wyrób medyczny klasy III. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej?	Zamawiający dopuszcza
8	Pakiet 6 pozycja nr 2 Czy zamawiający dopuści folię o rozmiarze 34cm x 35 cm w części przylepnej?	Tak
9	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 1 poz. 1,2,3 na jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny wysokiej jakości amerykańskiego producenta, z atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym, zgodnie w wymaganymi średnicami i długościami, obturator wyposażony w uszczelkę stabilizującą kamerę w trakcie pierwszego wejścia pod kontrolą wzroku, uniwersalna unikalna ruchoma uszczelka magnetyczna zapewniająca minimalną utratę odmy w trakcie wymiany narzędzi, brak możliwości mechanicznego uszkodzenia uszczelki, bez lubrykantów mogących zabrudzić kamerę; stożkowe wejście ułatwiające jednoręczną wymianę narzędzi, możliwość rozchylania dolnej uszczelki, poprzez obrotowy zawór dla szybkiej	Nie

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

	desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, rowkowana, ze ściętym szczytem? Trokar może być stosowany jako optyczny lub jako standardowy, wedle uznania użytkownika.	
10	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 2 poz. 1 na oryginalne klipsy polimerowe Hem-o-lok amerykańskiego producenta w rozmiarze M, M/L, L, XL, możliwość kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, dodatkowo taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, pakowane po 6 klipsów w magazynku, sterylne?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11	Czy Zamawiający wydzieli z zad 1 poz. 1? Wydzielenie pozwoli naszej firmie na złożenie oferty na oryginalne klipsy najwyższej jakości w cenie zamienników.	Nie
12	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 7 poz. 1 na oryginalne klipsy Horizon amerykańskiego producenta, klipsy tytanowe małe o wymiarach przed zamknięciem 2,87 mm i 3,68 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 30 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia; specjalna konstrukcja klipsownicy zabezpiecza przed zsunięciem się klipsa z bransz klipsownicy wraz z bezpłatnym użyczeniem na czas trwania umowy klipsownic? Różnice w wymiarach między klipsami różnych producentów, mogą wynikać z podania wysokości klipsa roboczej lub całkowitej.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
13	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 7 poz. 2 na oryginalne klipsy Horizon amerykańskiego producenta, klipsy tytanowe średnie o wymiarach przed zamknięciem 4,68 mm i 5,89 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 30 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia; specjalna konstrukcja klipsownicy zabezpiecza przez wysunięciem się klipsa z bransz klipsownicy wraz z bezpłatnym użyczeniem na czas trwania umowy klipsownic? Różnice w wymiarach między klipsami różnych producentów, mogą wynikać z podania wysokości klipsa roboczej lub całkowitej.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
14	Czy Zamawiający wydzieli z zad 7 poz. 1,2? Wydzielenie pozwoli naszej firmie na złożenie oferty na oryginalne klipsy najwyższej jakości w bardzo konkurencyjnej cenie.	Nie
15	Ad par. 11 ust. 1a) i b) Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto odpowiednio wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy I wartości brutto wadliwych lub brakujących części przedmiotu dostawy, za każdy dzień zwłoki.	Nie

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Sułowska
tel. 48 361-39-12