


Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl



Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Telefony: Centrala: 048- 361-30-00

Sekretariat: 048-361-39-00

Fax: 048-345-11-18, 345-10-43

Dział Zamówień Publicznych

tel. 048- 361 49 69

fax. 048- 361 30 23

adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

DZP.341.23.2018

Radom, dnia 12.04.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o., (sprawa DZP.341.23.2018)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.. poz. 1579) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Pytanie	Odpowiedź
1. Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 1 Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych na: a) w razie opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu określonego w § 10 ust 1 Umowy terminu realizacji zamówienia Przedmiotu Dostawy – kara umowna w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy, za każdy dzień zwłoki; b) w razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia wady, wymiany na nowy lub uzupełnienia braków ilościowych Przedmiotu Dostawy, w stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 7 Umowy – kara umowna w wysokości 0,2 % wartości brutto wadliwych lub brakujących części Przedmiotu Dostawy, za każdy dzień zwłoki ; c) za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 0,5 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego	1. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Część 1 - prosimy o podanie modelu monitora Nihon Kohden - poz. 5 prosimy o dopuszczenie dł. 0,9 m lub 3 m - poz. 9 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 10-19 cm - prosimy o wydzielenie poz. 1 -13 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do przetargu większej liczbie wykonawców.	2. Część 1 - Zamawiający posiada monitor Nihon Kohden, model BSM 6701ic; - dot. część 1 poz. 5 - Zamawiający nie dopuszcza; - dot. część 1 poz. 9 – Zamawiający dopuszcza; - Zamawiający nie wyraża zgody;
3. Część 2 - prosimy o wydzielenie poz.1, 28 oraz od 76 do 88 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do przetargu większej liczbie wykonawców.	3. Zamawiający nie wyraża zgody;
4. Część 2 - poz. 6 prosimy o dopuszczenie dł. 3m	4. Zamawiający dopuszcza.
5. Część 3 - poz. 7 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 14-21cm lub 25-35 cm	5. Zamawiający dopuszcza oba rozmiary.
6. Część 6	6. Zamawiający posiada dwa rodzaje

Mazowsze.

serce Polski

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

- prosimy o podanie modelu monitora WelchAllyn	monitorów WelchAllyn, tj. PROPAQ CS244 oraz CONNEX CVSM 6500;
7. Część 6 poz. 2 i 6 prosimy o dopuszczenie dł. 0,9m	7. Zamawiający dopuszcza.
8. Część 7 poz. 1, 2 – prosimy o podanie modelu monitora Nellcor oraz o określenie czy czujniki będą podłączane do kabla przedłużającego (dł. 0,9m) czy bezpośrednio do monitora (dł. 3m)?	8. Zamawiający posiada pulsoksymetry Nellcor N560 oraz N600x. Czujniki są podłączane do kabla przedłużającego.
9. Część 7 - poz. 4 prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy zamienników w wersji mikrobiologicznie czystej, kalibrowanych analogowo, dla pacjentów <3kg i >30kg, prosimy o odstąpienie od wymogu dodatkowych krążków przedłużających żywotność	9. Zamawiający nie dopuszcza.
10. Dotyczy Części 2 poz. 1, 28 Cze Zamawiający dopuści kabel Masimo typu LNCS?	10. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11. Dotyczy Części 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 27-25 cm?	11. Nie.
12. Dotyczy Części 2 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 34-43 cm?	12. Nie.
13. Dotyczy Części 2 poz. 2-3, 10, 55 Czy Zamawiający dopuści mankiet w kolorze brązowym?	13. Zamawiający dopuszcza.
14. Dotyczy Części 2 poz. 4 Czy Zamawiający ma na myśli złącze typu Oxi-tip?	14. Tak.
15. Dotyczy Części 2 poz. 5, 7 Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 76 cm?	15. Zamawiający dopuszcza.
16. Dotyczy Części 2 poz. 6 Prosimy o określenie, w jakiej technologii mają pracować czujniki w w/w pozycji.	16. Zamawiający informuję, iż oferowane czujniki muszą pracować w technologii przewidzianej przez producenta danego aparatu.
17. Dotyczy Części 2 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 3 m?	17. Tak.
18. Dotyczy Części 2 poz. 8 Prosimy o określenie, w jakiej technologii mają pracować czujniki w w/w pozycji.	18. Zamawiający informuję, iż oferowane czujniki muszą pracować w technologii przewidzianej przez producenta danego aparatu.
19. Dotyczy Części 2 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 34-43 cm na ramię lub 42-54 cm na udo?	19. Nie.
20. Dotyczy Części 2 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 27-25 cm?	20. Nie.
21. Dotyczy Części 2 poz. 12 Prosimy o określenie, w jakiej technologii mają pracować czujniki w w/w pozycji.	Zamawiający informuję, iż oferowane czujniki muszą pracować w technologii przewidzianej przez producenta danego aparatu.
22. Dotyczy Części 2 poz. 15 Prosimy o określenie, w jakiej technologii mają pracować czujniki w w/w pozycji.	Zamawiający informuję, iż oferowane czujniki muszą pracować w technologii przewidzianej przez producenta danego aparatu.
23. Dotyczy Części 2 poz. 13 Prosimy o określenie, w jakiej technologii mają pracować czujniki w w/w pozycji.	Zamawiający informuję, iż oferowane czujniki muszą pracować w technologii przewidzianej przez producenta danego aparatu.
24. Dotyczy Części 2 poz. 17, 18	24. Zamawiający dopuszcza.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 76 cm?	
25. Dotyczy Części 2 poz. 20 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 27-25 cm?	25. Nie.
26. Dotyczy Części 2 poz. 21 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 14-21 cm?	26. Zamawiający dopuszcza.
27. Dotyczy Części 2 poz. 22 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 34-43 cm?	27. Nie.
28. Dotyczy Części 2 poz. 23 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 42-54 cm?	28. Nie.
29. Dotyczy Części 2 poz. 24, 25 Czy Zamawiający wymaga czujnika dla dzieci czy dla dorosłych?	29. Zamawiający wymaga czujnika dla dorosłych. Patrz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do wzoru umowy – część 2 poz. 24 i 25 - opis przedmiotu zamówienia.
30. Dotyczy Części 2 poz. 26, 27 Prosimy o określenie, w jakiej technologii mają pracować czujniki w w/w pozycji.	30. Zamawiający informuję, iż oferowane czujniki muszą pracować w technologii przewidzianej przez producenta danego aparatu.
31. Dotyczy Części 2 poz. 29 Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 2,7 cm?	31. Nie.
32. Dotyczy Części 2 poz. 30 Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 76 cm?	32. Zamawiający dopuszcza.
33. Dotyczy Części 2 poz. 32 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 10-15 cm?	33. Zamawiający dopuszcza.
34. Dotyczy Części 2 poz. 33 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 14-21 cm?	34. Zamawiający dopuszcza.
35. Dotyczy Części 2 poz. 34 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 20.5-28 cm?	35. Zamawiający dopuszcza.
36. Dotyczy Części 2 poz. 35 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 27-35 cm?	36. Zamawiający dopuszcza.
37. Dotyczy Części 2 poz. 36 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 34-43 cm?	37. Nie.
38. Dotyczy Części 2 poz. 37 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 42-54 cm?	38. Nie.
39. Dotyczy Części 2 poz. 38, 39 Czy Zamawiający wymaga czujnika dla dzieci czy dla dorosłych?	39. Zamawiający wymaga czujnika dla dorosłych. Patrz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do wzoru umowy – część 2 poz. 38 i 39 - opis przedmiotu zamówienia.
40. Dotyczy Części 2 poz. 41-42 Prosimy o określenie, w jakiej technologii mają pracować czujniki w w/w pozycji.	40. Zamawiający informuję, iż oferowane czujniki muszą pracować w technologii przewidzianej przez producenta danego aparatu.
41. Dotyczy Części 2 poz. 43 Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 2,7 cm?	41. Nie.
42. Dotyczy Części 2 poz. 46 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 14-21 cm?	42. Zamawiający dopuszcza.
43. Dotyczy Części 2 poz. 47 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 20.5-28 cm?	43. Zamawiający dopuszcza.
44. Dotyczy Części 2 poz. 48 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 27-35 cm?	44. Zamawiający dopuszcza.
45. Dotyczy Części 2 poz. 49 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 34-43 cm?	45. Nie.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

46. Dotyczy Części 2 poz. 50 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 42-54 cm?	46. Nie.
47. Dotyczy Części 2 poz. 55 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 27-25 cm?	47. Zamawiający dopuszcza.
48. Dotyczy Części 2 poz. 57-59 Prosimy o określenie, w jakiej technologii mają pracować czujniki w w/w pozycji.	48. Zamawiający informuję, iż oferowane czujniki muszą pracować w technologii przewidzianej przez producenta danego aparatu.
49. Dotyczy Części 2 poz. 58 Czy Zamawiający wymaga czujnika dla dzieci czy dla dorosłych?	49. Zamawiający wymaga czujnika dla dorosłych. Patrz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do wzoru umowy – część 2 poz. 58 - opis przedmiotu zamówienia.
50. Dotyczy Części 2 poz. 63-64, 66, 68, 71-72 Prosimy o określenie, w jakiej technologii mają pracować czujniki w w/w pozycji.	50. Zamawiający informuję, iż oferowane czujniki muszą pracować w technologii przewidzianej przez producenta danego aparatu.
51. Dotyczy Części 2 poz. 64 Czy Zamawiający wymaga czujnika dla dzieci czy dla dorosłych?	51. Zamawiający wymaga czujnika dla dorosłych. Patrz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do wzoru umowy – część 2 poz. 64 - opis przedmiotu zamówienia.
52. Dotyczy Części 2 poz. 68, 71 Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 2,4 cm?	52. Nie.
53. Dotyczy Części 2 poz. 70, 73 Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 2,7 cm?	53. Nie.
54. Dotyczy Części 2 poz. 69 Czy Zamawiający ma na myśli złącze typu Oxi-tip?	54. Tak.
55. Dotyczy Części 2 poz. 76-77, 82 Czy Zamawiający dopuści czujnik typu LNCS?	55. Nie.
56. Dotyczy Części 2 poz. 78, 80, 81 Prosimy o podanie numeru katalogowego asortymentu obecnie stosowanego przez Zamawiającego w powyższym zakresie.	56. poz. 78: 876446-HEL; poz. 80: 6050-0004-110 poz. 81: BE0415
57. Dotyczy Części 2 poz. 83-88 Prosimy o podanie numeru katalogowego asortymentu obecnie stosowanego przez Zamawiającego w powyższym zakresie.	57. Poz. 83: 876446-HEL; Poz. 84: 73319-HEL; Poz. 85: 876446-HEL; Poz. 86: 73319-HEL; Poz. 87: wejście typu Abbott; Poz. 88: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
58. CZĘŚĆ Nr 2, pozycja nr 55 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu mankietu do pomiaru ciśnienia w rozmiarze 25-35 cm.	58. Zamawiający dopuszcza.
59. CZĘŚĆ Nr 2, pozycja nr 9 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o mankiet na udo w rozmiarach jak w pozycji nr 23 czy raczej o mankiet dla dorosłych duży w rozmiarach jak w pozycji nr 3?	59. Zamawiający wykreśla poz. 9 Załącznika nr 2 do wzoru umowy. W poz. 3 i 23 Załącznika nr 2 do wzoru umowy – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:
Konrad Sputowski

Numer telefonu:
48 361 34 90