



**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)   [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819  
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł   NIP 7962963679,   REGON 670209356  
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00  
tel. sekretariat: 48 361 39 00  
fax: 48 345 11 18, 345 10 43

**Dział Zamówień Publicznych**  
tel. 48 361 49 69  
fax. 48 361 30 23  
e-mail: [dzp@wss.com.pl](mailto:dzp@wss.com.pl)

**Znak: DZP.341.26.2018r.**

**Radom 07.06.2018r.**

«Firma»  
«Adres»  
«Kod\_Pocztowy» «Miasto»  
«Fax»  
«Telefon»

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pasków i materiałów kontrolnych do oznaczeń ilościowych glukozy we krwi wraz z dzierżawą kompatybilnych glukometrów dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa DZP.341.26.2018).**

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

Zgodnie z SIWZ.

PARAMETRY	
	PASKI TESTOWE
METODA POMIARU	biosensoryczna
ENZYM	dehydrogenaza glukozy
WIELKOŚĆ PRÓBKII	0,6 µl
TYP KRWI	włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa
JEDNOSTA MIARY	mg/dl
ZAKRES POMIARU	20-500 mg/dl
CZAS POMIARU	5 sek
ZAKRES HEMATOKTYTU	15-65 %
CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI	badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki
MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA	nie
PAKOWANIE PASKÓW	Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym.
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	4-30 stopni
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	15-40 STOPNI
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)   [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł   NIP 7962963679,   REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?		
	GLUKOMETR	
PROCEDURA TESTOWA	amperometria	
KALIBRACJA	osocze	
TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru	mechaniczna (pasek kalibrujący)	
WYŚWIETLACZ	CYFRY 1,9 CM	
PAMIĘĆ	1000 wyników	
ZASILANIE	2 baterie CR 2032	
IŁOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII	3000	
AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE	po 120 sek	
WAGA	33-37 gramów	
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	OD -20 DO 60 STOPNI	
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	10-50 STOPNI	
KOMUNIKATY	LO, HI, KETONES	
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym	
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasek do stosowania szpitalnego	
Brak automatycznego wyrzutu paska	Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru	
2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając w pkt 10: "Klucz kodujący zawierający dane kalibracyjne w każdym opakowaniu testów", wymaga zaoferowania takiego systemu, który umożliwiłby kalibrację wszystkich glukometrów w sposób automatyczny po kalibracji jednego z nich? Takie rozwiązanie uprości proces biorąc pod uwagę rozproszenie urzędzeń na różnych oddziałach.		Tak
3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając w pkt. 12: "Komunikacja przy pomocy ekranu dotykowego, z systemem informatycznym w standardzie POCT1-A" wymaga zaoferowania glukometrów komunikujących się w języku polskim? Biorąc pod uwagę liczbę operatorów, ich częste zmiany, intuicyjna obsługa w języku polskim uprości proces szkoleń.		Tak - w języku polskim
4. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając w pkt. 8: "Zakres pomiaru od 10 do 600 mg/dl" wymaga dolnego zakresu pomiarowego od 10 mg/dl z uwagi na planowane oznaczenia u noworodków?		Tak

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.****26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5**[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)   [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł   NIP 7962963679,   REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

<p>5. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając w pkt. 9: "Możliwość przeprowadzenia kontroli pomiarów na minimum 2 poziomach" wymaga zaofiarowania dwupoziomowego materiału kontrolnego, gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- poziom niski - ma wartość mianowaną poniżej 100 mg/dl, tzn. wartość minimalna oraz maksymalna znajduje się poniżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 30 mg/dl, a poziom wysoki – o wartości mianowanej powyżej 100 mg/dl, tzn. wartość minimalna i maksymalna znajduje się powyżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 100 mg/dl? Wartości potwierdzone przez producenta na opakowaniu.</li></ul>	Tak
<p>6. SIWZ paragraf 6 pkt. 5. Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby czas przyjazdu inżyniera wynosił 24h w dni robocze?</p>	Paragraf 6 ust.5 załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ust. 5 – „Wydzierżawiający zapewnia, że czas reakcji serwisu zgłoszonej przez Dzierżawcę usterki wynosi do 24 godzin w dni robocze z przyjazdem, a dokonanie naprawy do 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia usterki”.
Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy	
<p>7. Par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.</p>	Nie
<p>8. Par. 9 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia umowy na: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”? Uzasadnienie: Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.</p>	Nie
<p>9. Par. 10 ust. 8, Par. 14 ust. 1 lit. b-e Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?</p>	Nie

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.****26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5**[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)   [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

10. Par. 10 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu "lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy"?	Nie
11. Par. 10 ust. 9, Par. 11 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?	Nie
12. Par. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”	Nie
13. Par. 11 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwość dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.	Nie
14. Par. 11 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?	Nie
15. Par. 11 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu "lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu"?	Nie
Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy na dzierżawę	Nie
16. Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?	Nie
17. Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.	Nie
18. Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatne” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?	Tak. Paragraf 6 ust. 3 załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ust.3 – „W okresie dzierżawy Wydzierżawiający zapewni w ramach czynszu dzierżawnego bezpłatne serwisowanie urządzeń <u>obejmujące naprawy, przeglądy, materiały zużywalne, części zamienne, dojazd i robociznę inżyniera serwisowego przez cały okres obowiązywania umowy</u> ”.
19. Par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin", "godziny" na "godzin/godziny w dni robocze"?	Nie

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**  
**26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5**

[www.wss.com.pl](http://www.wss.com.pl)   [szpital@wss.com.pl](mailto:szpital@wss.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł   NIP 7962963679,   REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

20. Par. 6 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "dni" na "dni robocze"?	Nie
21. Par. 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?	Nie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. § 6 ust.3 oraz § 7 załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie.

W związku z powyższym § 6 ust.3 i 5 oraz § 7 załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

1) § 6

ust.3 - „W okresie dzierżawy Wyzierżawiający zapewni w ramach czynszu dzierżawnego bezpłatne serwisowanie urządzeń obejmujące naprawy, przeglądy, materiały zużywalne, części zamienne, dojazd i robociznę inżyniera serwisowego przez cały okres obowiązywania umowy”.

ust. 5 – „Wyzierżawiający zapewnia, że czas reakcji serwisu zgłoszonej przez Dzierżawcę usterki wynosi do 24 godzin w dni robocze z przyjazdem, a dokonanie naprawy do 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia usterki”.

3) § 7

Ust.1 - „W celu realizacji umowy Dzierżawca powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych osobowych których administratorem jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. Wyzierżawiającemu a Wyzierżawiający zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnych do wykonania niniejszej umowy”.

Ust. 2 - „Szczegółowe warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych zawiera odrębna umowa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy jako jej integralna część”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:  
Elżbieta Śródkowska  
48 361-32-35