



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Telefony: Centrala: 048- 361-30-00

Sekretariat: 048-361-39-00

Fax: 048-345-11-18, 345-10-43

www.wss.com.pl

Dział Zamówień Publicznych

tel. 048- 361 49 69

fax. 048- 361 30 23

adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.07.2019

Radom, dnia 2019-03-11

Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do stymulacji rdzenia kręgowego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.07.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

LP.	Pytanie	Odpowiedź
1	<p>W w/w postępowaniu zamawiający zamawia 10 zestawów klasycznych stymulatorów rdzeniowych, o niskich częstotliwościach. Czy zamawiający zdecydowałby się na wyłonienie z tej grupy odrębnego pakietu na stymulatory wysokiej częstotliwości, które stanowią uzupełnienie oferty stymulatorowej i alternatywe dla stymulatorów niskiej częstotliwości, w sytuacji, gdy niska częstotliwość nie przynosi oczekiwanych rezultatów terapeutycznych?</p> <p>Parametry proponowanego stymulatora wysokiej częstotliwości:</p> <p>Bezprzewodowy zestaw do stymulacji rdzenia wysokimi częstotliwościami (HF), składający się z 1 elektrody 8 kontaktowej z wbudowanym w przebieg elektrody stymulatorem. W zestawie: system do implantacji z przeskorną kotwicą, 1 ładowarka, 2 ładowalnych transponderów zewnętrzne. Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bezprzewodowy stymulator rdzeniowy dostarczający stymulację wysokiej częstotliwości (HF) w zakresach od 1kHz do 10 KHz oraz stymulację burst/spikes.• Elektroda 8 kontaktowa wraz z wbudowanym w przebieg elektrody stymulatorem.• Długość elektrody wraz ze stymulatorem – 45 cm, z możliwością przycięcia do wymaganej długości.• Możliwość wykonania rezonansu całego ciała : 1,5 oraz 3 Tesla• Transmitter zewnętrzny ładowalny – 2 szt• Ładowarka do transponderów zewnętrznych• System niewymagający operacyjnej wymiany baterii po jej wyczerpaniu	<p>Nie, Proponowany stymulator nie jest odpowiednikiem przedmiotu zamówienia</p>
2	<p>Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w zadaniu numer 1 zestawu do stymulacji rdzenia kręgowego, w którego skład wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Stymulator rdzeniowy przeciwbólowy stałonapięciowy, nieladowny pozwalający pacjentowi na wykonywanie badań MRI całego ciała w aparatach 1,5T, 16 kanałowy• Programator pacjenta umożliwiający pełną obsługę generatora łącznie z możliwością włączenia i wyłączenia stymulatora.• Łączniki do stymulacji próbnej o długości do wyboru 20, 40 i 60 cm• kabel do stymulacji testowej jałowy• Elektrody (do wyboru w zależności od lokalizacji bólu, obszaru bólu, miejsca i sposobu implantacji, ilości kolumn w elektrodzie) z możliwością podłączenia elektrody bezpośrednio do generatora i długością przewodu elektrod do wyboru 65 i 90cm, cm. 16 kontaktowa?	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</p>
3	<p>Zamawiający w opisie SIWZ, jako jeden z wymogów wymienił "możliwość wykonywania badań MRI całego ciała w aparatach 1,5T". Czy ten zapis oznacza, że każdy pacjent po zaimplantowaniu stymulatora w połączeniu z elektrodą 16 jak i 20-kontaktową powinien mieć możliwość wykonania takiego badania?</p>	<p>Tak</p>

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

4	Czy Zamawiający wymaga aby pacjent po zaimplantowaniu stymulatora oraz elektrody, miał możliwość wykonania badania MRI opisanego przez Zamawiającego, bez względu na miejsce (poziom) implantacji elektrody?	Tak
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem