



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Telefony: Centrala: 048- 361-30-00

Sekretariat: 048-361-39-00

Fax: 048-345-11-18, 345-10-43

www.wss.com.pl

Dział Zamówień Publicznych

tel. 048- 361 49 69

fax. 048- 361 30 23

adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.31.2019

Radom, dnia 2019-07-14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.31.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

LP.	Pytanie	Odpowiedź
1	Część 28 poz. 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrokolidowego cienkiego i elastycznego wykonanego z 3 hydrokolidów o rozmiarze 5x10 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
2	Część 28, poz. 10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrokolidowego cienkiego i elastycznego wykonanego z 3 hydrokolidów o rozmiarze 5x20 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
3	Część 29, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek spełniający wymagania SIWZ w rozmiarze 17 x 17 cm?	Zamawiający dopuszcza.
4	Część 24 - Czy zamawiający dopuści watki neurochirurgiczne ze znacznikiem RTG w postaci wszytej niebieskiej nitki, sterylizowane w promieniach gamma w rozm: 12 x 12, 70 x 20, 70 x 40, 70 x 70?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
5	Część 26 - Czy Zamawiający dopuści wchłaniany, jałowy hemostatyk w rozmiarze: poz. 3 – 5 cm x 10 cm (w tej chwili 5,1 cm x 10,2 cm) poz. 4 - 2,5 cm x 5 cm (w tej chwili 2,5 cm x 5,2 cm) poz 5 – 5 cm x 10 cm (w tej chwili 5,2 cm x 10,2 cm)	Zamawiający dopuszcza.
6	Część 26 - Jednocześnie w związku z zakazem UE prowadzenia badań klinicznych "in vivo" (na ludziach) i przedklinicznych "in vivo" (na zwierzętach), mogących narażać organizmy żywe na niepotrzebne cierpienie, skoro można udowodnić dane działanie laboratoryjnie wyłącznie "in vitro" - prosimy o zmianę opisu na "udokumentowane badaniami klinicznymi in vivo lub in vitro" - pozostałe warunki zgodnie z SIWZ	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
7.	Części 9 poz. 1-3, część 17 poz. 1-3 Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na złożenie oferty równoważnej w postaci kompresów włókninowych 30g.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
8	Części 9 poz. 1-3 - Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o wydzielenie KOMPRESÓW NIEWYJAŁOWIONYCH do	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

	osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia <u>konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty</u> . Opisany asortyment znajduje się w ofercie wielu wykonawców. W przypadku, kiedy Zamawiający pakietuje ogólnodostępne wyroby medyczne z produktem będącym w ofercie jednego oferenta (mowa tu o poz. 4), Zamawiający ogranicza skutecznie możliwość złożenia oferty innym wykonawcom. Działanie takie jest niezgodne z ustawą PZP. Dodatkowo tworząc osobny pakiet na kompresy niejałowe Zamawiający działa na korzyść ekonomiczną szpitala umożliwiając złożenie konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty pozostałym wykonawcom.	
9	część 17 poz. 5 Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompresów pakowanych a'2szt z przeliczeniem wymaganych ilości (8750 op.).	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
10	część 31 Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompresów 54x70mm spełniających wymagania opisu przedmiotu zamówienia.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
11	Część 6, poz. 1-4: czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku.	Zamawiający dopuszcza.
12	Część 8: czy Zamawiający dopuści gazę 13-nitkową?	Zamawiający dopuszcza.
13	Część 8: czy Zamawiający dopuści gazę a'200 m z przeliczeniem ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
14	Część 12, poz. 1,2: czy Zamawiający dopuści serwety z nitką RTG zwiększającą bezpieczeństwo ich użycia?	Zamawiający dopuszcza.
15	Część 13, poz. 3: czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 10cm na 5m?	Zamawiający dopuszcza.
16	Część 15, poz. 3: Mając na względzie łatwość przechowywania i przenoszenia, czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny, w opakowaniach do max. 5 kg?	Zamawiający dopuszcza.
17	Część 30: czy Zamawiający dopuści opatrunki w rozmiarze 5x6cm?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
18	Część 27: Czy Zamawiający oczekuje opatrunku zgodnego z opisem w części nr 27 w pozycji nr 2, czy też może zaszła pomyłka i Zamawiający ma na myśli opatrunek zgodny z poniższym opisem: Opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezynnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem?	Zamawiający dopuszcza.
19	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza	Zamawiający dopuszcza

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5**

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

	Ofertowego pakietów, na które Wykonawca nie składa oferty?	
20	W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.	Zamawiający modyfikuje zapis &10pkt3 w następujący sposób: 3. W sytuacji, gdy wysłane zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w całości, w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego faksem (nr faksu: 48 3613173, adres poczty elektronicznej basia.sokolowska@wss.com.pl) o braku możliwości terminowego zrealizowania zamówienia, ze wskazaniem przyczyny, najszybszego możliwego terminu realizacji i pozycji zamówienia, których to opóźnienie będzie dotyczyć.
21	Część 02 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach: Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozprężalnej gąbki (alkohol poliwinylowy PVA) oraz sznurka. Gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Cechy: <ul style="list-style-type: none"> • wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie • unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty • miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk • utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany • nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego • łatwość w postępowaniu się • bezbolesna aplikacja i usuwanie • bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych • sznureczek o długości min. 13,5 cm • rurka oddechowa 	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
22	Część 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści tampon o rozmiarach 8 x 2 x 1,5? Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
23	Część 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści tampon o rozmiarach 4,5 x 2 x 1,5? Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
24	Część 26 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej resorbowalnej celulozy lub utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

	<ul style="list-style-type: none">- w całości pochodzenia roślinnego,- sterylizowane promieniami gamma,- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone badaniami in vitro oraz w instrukcji użytkowania;- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii- warunki przechowywania do 25 stopni?	
25	Część 26 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści gazę o rozmiarze 1,25 x 5 cm? Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
26	Część 26 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści gazę o rozmiarze 2,6 x 5,1 cm? Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
27	Część 26 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści gazę o rozmiarze 10,2 x 5,1 cm? Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
28	Część 26 poz. 3-5 Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości: <ul style="list-style-type: none">- w całości pochodzenia roślinnego,- sterylizowane promieniami gamma,- siedmiowarstwowa włóknina,- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone badaniami in vitro oraz w instrukcji użytkowania;- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

	stosunku do szerokiego spektrum bakterii - warunki przechowywania do 25 stopni?	
29	Część 26 poz. 6-7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania zbiorczego 140 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
30	Część 26 poz. 6-7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbki hemostatycznej, która posiada czas wchłaniania 3-4 tygodnie, cza upłynięcia 2-5 dni. Szczelnie przylega i łączy się z krwawiącą tkanką zachowując swoje właściwości i wymiary	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
31	Część 9, pozycja 4 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
32	Część 11, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2szt z przeliczeniem zamawianej ilości ?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
33	Część 12, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2szt z przeliczeniem zamawianej ilości ?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
34	Część 15, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
35	Część 21, pozycja 1, 5 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=24szt z przeliczeniem zamawianej ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
36	Część 21, pozycja 2, 4, 13 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
37	Część 21, pozycja 3, 6, 14 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
38	Część 21, pozycja 7, 12 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
39	Część 21, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
40	Część 21, pozycja 9, 10, 11 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
41	Część 22, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści plaster do łączenia ran w rozmiarze 13x100mm?	Zamawiający dopuszcza.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

42	Część 31 Czy Zamawiający dopuści opatrunku oczne włókninowe?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
43	Część 25, poz. 3-6 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3-6 z pakietu 25. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
44	Część 25, poz. 3-6 Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek? Rozmiar 1 - 9mm x 10mm Rozmiar 2 – 13mm x 15mm Rozmiar 3 - 13mm x 15mm Rozmiar 4 - 13mm x 15mm Rozmiar 6 - 13mm x 15mm Rozmiar 8 - 13mm x 15mm Rozmiar 10 - 13mm x 15mm Rozmiar 14 - 13mm x 15mm	Zamawiający dopuszcza.
45	Część 25, poz. 3-6 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w. Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.	Zamawiający dopuszcza.
46	Część 17, poz. 1-3 Czy zamawiający dopuści kompres włókninowy o gramaturze ok. 30 g?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
47	Część 17, poz. 1-3 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
48	Część 17, poz. 1-3 Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
49	Część 16, poz. 2,6,8 Czy zamawiający dopuści kompresy nie przewiązane, pakowane po 10 szt. w opakowaniu typu blister papier- folia?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
50	Część 16, poz. 2,6,8	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

	Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	
51	Część 16, poz. 2,6,7 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 40 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
52	Część 16, poz. 4 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
53	Część 16, poz. 4 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
54	Część 16, poz. 11-14 Czy zamawiający wydzieli poz.11-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
55	Część 12, poz.1-2 Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
56	Część 12, poz.1-2 Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności , nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
57	Część 12, poz.1-2 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 1 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
58	Część 11, poz.1 Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności , nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
59	Część 11, poz.1 Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
60	Część 9, poz. 1-3 Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe o gramaturze 30 g/m2	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
61	Część 9, poz.4 Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
62	Część 7, poz. 4-5 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą	Zamawiający dopuszcza.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

	elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?	
63	Część 1, poz. 1-3 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
64	Część 5 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 5 x 5 cm.?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
65	Część 19 poz. 1,2,3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek, którego warstwa hydrokoloidowa to: karboksymetyloceluloza, kopolimer SIS, żywice, olej mineralny, antyoksydanty.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
66	Część 19 poz. 2, 3 Prosimy o dopuszczenie opatrunku pakowanego a' 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.	Zamawiający dopuszcza
67	Część 19 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 20 x 20 cm.?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
68	Część 15, poz. 1-2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie waty opatrunkowej bawełniano wiskozowej, 70% wiskoza 30% bawełna, pozostałość zgodnie z SIWZ.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
69	Część 21, poz. 14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca tkaninowego o rozmiarze 5 cm x 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałość zgodnie z SIWZ.	Zamawiający dopuszcza
70	Część 22, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego przylepca do łączenia brzegów ran o rozmiarze 3 cm x 75 mm a 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
71	Część 22, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego przylepca do łączenia brzegów ran o rozmiarze 6 cm x 75 mm a 6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
72	Część 22, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego przylepca do łączenia brzegów ran o rozmiarze 6 cm x 100 mm a 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
73	Część 22, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego przylepca do łączenia brzegów ran o rozmiarze 12 cm x 100 mm a 6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
74	Część 23, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyściółki podgipsowej z włókna wiskozowego o rozmiarze 15 cm x 2,7 m.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
75	Część 23, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyściółki podgipsowej z włókna wiskozowego o rozmiarze 10 cm x 2,7 m.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

76	Część 23, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyściółki podgipsowej z włókna wiskozowego o rozmiarze 20 cm x 2,7 m.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
77	Część 23, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyściółki podgipsowej z włókna wiskozowego o rozmiarze 7,5 cm x 2,7 m.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
78	Część 2, POZYCJA 2 Czy Zamawiający dopuści opatrunek o anatomicznym kształcie o długości 80mm w zamian 75 czy 77 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
79	Część 24 Czy Zamawiający dopuści watki neurochirurgiczne, sterylne, wykonane z wysokochłonnej sprasowanej bawełny, ze znacznikiem RTG na całej długości. Watka zaopatrzona w nitkę, nie strzępiąca się, miękka, plastyczna, z doskonałą absorpcją, nie przyklejająca się do powierzchni, do której przylega, nie kłacząca i nie rozwłókniająca się. Watki pakowane w sposób umożliwiający sterylną aplikację, posiadające zabezpieczenie nitek przed splataniem. Sterylizowane radiacyjnie.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
80	Część 24 Czy Zamawiający dopuści watki neurochirurgiczne w opakowaniu zbiorczym 200 sztuk watek (20 saszetek po 10 sztuk sterylne zapakowanych watek) z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
81	Część 24 Czy Zamawiający dopuści watki w rozmiarach: 1. 12 x 12 mm lub 20 x 20mm 2. 50 x 20 mm lub 60x20mm 3. 70 x 40 mm 4. 70 x 70 mm?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
82	Część 26, pozycja 1 - 5 Czy Zamawiający dopuści, aby badania na PRSP były udokumentowane w instrukcji używania producenta, a pozostałe szczepy w instrukcji oraz badaniach in-vitro?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
83	Część 26, POZYCJA 1 - 5 Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy o czasie hemostazy w ciągu 2 minut?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
84	Część 26, POZYCJA 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 5 x 1,25cm?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
85	Część 26, POZYCJA 4 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 2,5 x 5,1 cm?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
86	Część 26, POZYCJA 5 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10,2 x 5,1 cm?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
87	Część 26, POZYCJA 6 - 7	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

	Czy Zamawiający dopuści gąbki wchłaniające się 3 – 4 tygodnie	
88	Część 26, POZYCJA 6 - 7 Czy Zamawiający dopuści gąbki pakowane a'10 sztuk z przeliczeniem ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
89	CZĘŚĆ NR 7 Poz. nr 4-5 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
90	CZĘŚĆ NR 7 Poz. nr 5- czy ze względu na dużą szerokość opaski elastycznej, Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu pakowanego łącznie z dwoma zapinkami?	Zamawiający dopuszcza
91	CZĘŚĆ NR 11,12 poz. 1- czy Zamawiający wymaga, aby serwety operacyjne były poddane praniu technologicznemu i praniu wstępnemu? Dzięki tym procesom serwety są bardziej chłonne, co przekłada się na mniejsze zużycie ilościowe wyrobu podczas procedury medycznej. Dodatkowo gaza, z której wykonana jest serweta jest bardziej miękka i nie powoduje uszkodzeń naczyń krwionośnych w przeciwieństwie do serwet standardowych nie podlegających w/w procesom. CZĘŚĆ NR 12, poz. 1-2	Zamawiający dopuszcza
92	CZĘŚĆ NR 11 Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych pakowanych w opakowanie a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, z jedną samoprzylepną etykietą kontrolną zawierającą symbol, datę ważności, nr lot oraz producenta?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
93	CZĘŚĆ NR 12 Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych pakowanych w opakowanie z jedną samoprzylepną etykietą kontrolną zawierającą symbol, datę ważności, nr lot oraz producenta	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
94	CZĘŚĆ NR 12 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet gazowych pakowanych a' 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
95	CZĘŚĆ NR 12 Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet gazowych pakowanych a' 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
96	CZĘŚĆ NR 16 Poz. nr 8; 11-13- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Części 16 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw kompresów gazowych.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
97	CZĘŚĆ NR 16 Poz. nr 2; 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych pakowanych w opakowanie a' 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
98	CZĘŚĆ NR 16 Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych pakowanych w opakowanie a' 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
99	CZĘŚĆ NR 16 Poz. nr 6; 14- czy Zamawiający dopuści możliwość	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

	zaoferowania kompresów gazowych 12 warstwowych, pakowanych w opakowanie a' 20 szt. lub a' 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	
100	CZĘŚĆ NR 18 Poz. nr 1-5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców i plastrów z opatrunkiem pokrytych hypoalergicznym klejem kauczukowym, bez zawartości tlenu cynku?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
101	CZĘŚĆ NR 21 Poz. nr 1-11; 13-14- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców i opatrunków samoprzylepnych pokrytych hypoalergicznym klejem kauczukowym, bez zawartości tlenu cynku?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
102	CZĘŚĆ NR 21 Poz. nr 12- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku foliowego w rozmiarze 10 x 14 cm?	Zamawiający dopuszcza
103	CZĘŚĆ NR 21 Poz. nr 13- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca tkaninowego o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza
104	PROJEKT UMOWY 16. § 11, ust. 1c- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych poprzez odstąpienie od naliczania kary w wysokości 30% kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy i modyfikację zapisów na następujące: „Za niezrealizowanie w całości przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem, Dostawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego“	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
105	PROJEKT UMOWY 17. § 11, ust. 1c- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych poprzez jej obniżenie do wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części zamówienia. Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną“ (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna“ (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
106	Część Nr 3 poz. 1, 2: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki z solą fizjologiczną mają być sterylne wewnątrz i na zewnątrz?	Zamawiający wymaga strzykawkę z solą fizjologiczną sterylnych wewnątrz
107	Część Nr 3 poz. 1, 2: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki z solą fizjologiczną mają być sterylizowane radiacyjnie ?	Zamawiający dopuszcza

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

108	Część Nr 3 poz. 1, 2: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki z solą fizjologiczną mają być gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka?	Zamawiający dopuszcza
109	Część Nr 3 poz. 1, 2: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki z solą fizjologiczną mają posiadać opakowania umożliwiające otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiające otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania.	Zamawiający dopuszcza
110	Część 9 poz. 1,2,3 <u>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 9 pozycji 1, 2 i 3, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców</u>	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

WICEPREZES ZARZADU
Dyrektor
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
Krzysztof Zajac