



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00
tel. sekretariat: 48 361 39 00
fax: 48 345 11 18, 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych
tel. 48 361 49 69
fax. 48 361 30 23
e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.19.2020

Radom 28.05.2020r.

«Firma»
«Adres»
«Kod_Pocztowy» «Miasto»
«Fax»
«Telefon»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów do dezynfekcji myjni endoskopowych, narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa DZP.341.19.2020).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Lp.	Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy ze względu na aktualną sytuację w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobrze-zagrozenia-epidemicznego) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty/uzupełnień/wyjaśnień/oświadczeń w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)? W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty elektronicznej.	Tak, zamawiający dopuszcza złożenie oferty na płycie CD
2.	dotyczy § 11 pkt. 1. ppkt. c) wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 11 pkt. 1. ppkt. c) wzoru umowy na następujący: c) za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego?	NIE, Zamawiający nie wyraża zgody
3.	część nr 4 poz.1: Czy Zamawiający dopuści preparat dezynfekcyjny na bazie 2% aldehydu glutarowego w płynie o działaniu sporobójczym, do dezynfekcji endoskopów elastycznych oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych, - kompatybilny z bronchofiberoskopami, posiadający oświadczenie Karl Storz, kompatybilny z oferowanym środkiem do mycia endoskopów – poz.3, do użycia manualnego, zachowanie właściwości dezynfekujących do 30dni, spektrum działania, B (wg EN 13727, EN 14561), Tbc (M. terrae i M. avium) (wg EN 14348, EN 14563), F (wg EN 13624, EN 14562), V (Adeno, Polio i Noro)(wg EN 14476), S (B. subtilis (wg EN 13704), czas ekspozycji: B, F, V, Tbc, S do 15 minut, nie pieniący się, gotowy do użycia, zawierający substancje antykorozyjne, cechujący się wysoką kompatybilnością materiałową - nie uszkadzający oraz nie przebarwiający wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych, gumy, stopów wielu metali, o specyficznym dla substancji czynnej zapachu, op. 5litrowe?	NIE, Zamawiający nie dopuszcza

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5**www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

4.	część nr 4 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do manualnego wstępnego mycia i dezynfekcji endoskopów elastycznych oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych- kompatybilny z bronchofiberoskopami firmy Pentax, Karl Storz oraz Olympus, posiadający oświadczenie producenta, kompatybilny ze środkiem dezynfekcyjnym z poz. 1, stężenie 0,5% - czas działania do 15min, pełne działanie B,V,F,Tbc, do mycia i dezynfekcji również przy użyciu ultradźwięków, cechujący się wysoką kompatybilnością materiałową - nie uszkadzający oraz nie przebarwiający wyrobów wykonanych z tworzywa sztucznych, gumy, stopów wielu metali, o delikatnym, specyficznym zapachu, nie pieniający się w opakowaniach 5litrowych?	NIE, Zamawiający nie dopuszcza
5.	część 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści płynny, alkaliczno-enzymatyczny środek do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 3% w temperaturze do 600C. pH robocze roztworu wynosi 11,0 – 11,3. Środek posiadający w swoim składzie: min. alkoksylowane alkohole tłuszczowe, niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Kompatybilny ze wszystkimi myjniemi automatycznymi w tym EDT4.	TAK, zamawiający wyraża zgodę
6.	część 1, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści płynny, słabo pieniający, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Potwierdzone zgodnie z PN-EN-15883:4 redukcja drobnoustrojów w całym procesie >9log. Środek zawierający w swoim składzie 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów; nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Środek wraz z kompatybilnym środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Kompatybilny ze wszystkimi myjniemi automatycznymi w tym EDT4.	TAK, zamawiający wyraża zgodę
7.	część 3, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, którego pH robocze roztworu wynosi 11,0 – 11,3. Środek posiadający w swoim składzie alkoksylowane alkohole tłuszczowe, niejonowe związki powierzchniowo czynne oraz enzymy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	TAK, zamawiający wyraża zgodę
8.	część 8 Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek. W tym postępowaniu zamierzamy zaoferować preparaty, których skład, wielkość opakowania są dokładnie znane Zamawiającemu, a więc wymóg potwierdzania ich zgodności z wymaganiami wydaje się być bezzasadny.	TAK, zamawiający wyraża zgodę
9.	część 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek i dopuści zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań opisanych w SIWZ?	TAK, zamawiający wyraża zgodę

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5**www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

10.	Część 3 Poz.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych w tym endoskopów giętkich, oprzyrządowania anesteziologicznego, na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V – Polio, HBV, HIV, Adeno, Papowa SV40, Parwowirus, Vaccinia, S, jaja glisty świni, Helicobacter pylori) w stężeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze 50-60°C, o pH koncentratu ok. 3,6, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 5l?	NIE, Zamawiający nie wyraża zgody
11.	Cz. 3. Poz.2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego preparatu myjącego o wysokiej skuteczności, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych. Preparat przeznaczony jest do maszynowego mycia sztywnych, giętkich endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców np.: Pentax, w myjniach dezynfektorach wiodących producentów np.: Belimed. W zależności od stopnia zabrudzenia, można zastosować preparat w zakresie stężeń od 0,3%-1% (3-10 ml/l), w czasie działania 5-10 min. , w zakresie temperatur 35°C - 55°C, opakowanie 5L. wyrób medyczny	NIE, Zamawiający nie wyraża zgody
12.	Część 5 Poz.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia narzędzi chirurgicznych i endoskopów (również giętkich); w postaci proszku; na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu) - bez aktywatora. Posiada doskonałą kompatybilność materiałową. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. alicans), V (Polio, Adeno, Noro), S (C. difficile, B. subtilis, C. perfringens) w stężeniu 2% w czasie 15 min, w warunkach wysokiego obciążenia. Aktywność roztworu 24 godz.; przygotowanie roztworu w zimnej wodzie wodociągowej. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i półautomatach. Opakowaniach 6kg. Wyrób medyczny	NIE, Zamawiający nie wyraża zgody
13.	Część 5 Poz.3 i półautomatycznego mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i oprzyrządowania anesteziologicznego, na bazie kompleksu enzymów i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, o niskim stężeniu roboczym 0,5%, z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 2L?	NIE, Zamawiający nie wyraża zgody
14.	Część 5 Poz.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji wyrobów medycznych (w tym inkubatorów) i wszelkiego rodzaju powierzchni, o wysokiej kompatybilności materiałowej, o spektrum działania: B, F, V, S (C.difficile) do 5 min, Tbc do 15 min. Chusteczki o wymiarach 20cm x 30 cm, wykonane z wykonane z polipropylenu, o gramaturze 50 g/m2, w opakowaniach – pojemnik a 50 szt. chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?	NIE, Zamawiający nie wyraża zgody
15.	Część 7 Poz.5. Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymogi SIWZ, konfekcjonowany w opakowaniach a 5kg, po odpowiednim przeliczeniu ilość opakowań.	TAK, zamawiający dopuszcza
16.	Części 7 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie przekazania próbek oferowanych preparatów (Zamawiający obecnie użytkują wszystkie w/w preparatu w zakresie Części 7.)	TAK, zamawiający wyraża zgodę



serce Polski

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
 Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

17.	Pakiet 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat dezynfekcyjny w płynie o działaniu sporobójczym zachowującego właściwości dezynfekcyjne do 45dni.	NIE, Zamawiający nie dopuszcza
18.	Pakiet 4 poz. 2 Czy zamawiający dopuści do oceny preparat do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji endoskopów elastycznych oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych, wykazującego działanie B, V, F w stężeniu 0,5% w czasie 10min.	NIE, Zamawiający nie dopuszcza
19.	paragraf 3 pkt. 1 umowy W par 3 ust 1 projektu umowy zamawiający używa określenia „... w ilości i rodzaju każdorazowo określonym przez Zamawiającego w zamówieniu”. Czy, biorąc pod uwagę koszty dostaw, Zamawiający może określić minimalną ilość zamawianego produktu ramach zlecenia częściowego na poziomie wielkości opakowania zbiorczego ?	Zamawiający informuje, iż zamówienia są składane w zależności od bieżących potrzeb szpitala, nie częściej niż raz na 30-45 dni.
20.	paragraf 3 pkt. 3 umowy W związku z tym, że Zamawiający oczekuje stworzenia depozytu w siedzibie zamawiającego prosimy o przedstawienie warunków umowy zgodnie z paragrafem.	Zamawiający nie wymaga depozytu. Paragraf 3 pkt 3 zostanie wykreślony.
21.	paragraf 11 umowy W związku z panującą sytuacją epidemiczną i trudnościami w terminowości i pełnej realizacji dostaw, prosimy o rezygnację z kar w przypadku niepełnych dostaw i nieterminowości dostaw zgodnie z postanowieniami art. 15r ustawy z dn. 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem Covid -19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych . Obarczenie Wykonawcy karami umownymi w tej sytuacji jest rozszerzeniem nadmiernym i działaniem na szkodę wykonawcy.	NIE, Zamawiający nie wyraża zgody
22.	Paragraf 11 umowy Umowa zawierana jest w momencie obowiązywania stanu epidemii, ogłoszonego dnia 20.03.2020r. Przez Ministra Zdrowia oraz obowiązywania ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami). Czy Zamawiający odstąpi od nakładania kar umownych, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy a w szczególności uchybienie terminom dostaw będzie wynikało z przyczyn związanych z pandemią COVID-19 zgodnie z paragrafem 12 ust. 3 umowy?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W trakcie epidemii umowa będzie realizowana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami).
23.	paragraf 11 ust 5 W paragrafie 11 ust.5 Zamawiający przewiduje możliwość potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia na podstawie not obciążeniowych płatnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. Jednocześnie nie określa możliwości odwoławczych Dostawcy od nałożenia takiej kary. Jest to zapis jednostronny, dyskryminujący dostawcę. Czy zamawiający usunie ten zapis z projektu umowy ?	Nie, zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
24.	paragraf 8 Gwałtowne wzrosty cen produktów do dezynfekcji na rynku międzynarodowym i brak możliwości zmian cen jednostkowych netto, będzie skutkowało koniecznością kalkulacji cen na poziomach abstrakcyjnych. Prosimy o zmianę zapisów paragrafu 8 i dopuszczenie możliwości zmian cen jednostkowych.	Nie, zamawiający nie wyraża zgody

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

25.	paragraf 11 ust. 1d oraz paragraf 12 ust.3 W przypadku realizacji dostaw niezgodnej z umową, w aktualnej sytuacji przerwania łańcucha dostaw, wzrostu kursów walut, nie wynikającej z winy Wykonawcy, prosimy o dopisanie, że w przypadku zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym dostawca nie będzie obciążony karami umownymi.	Nie, zamawiający nie wyraża zgody
26.	część 6 pozycja 2 Prosimy o wyjaśnienie, czy w części 6 pozycji 2 nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli paski testowe do kontroli aktywności preparatu 100 sztuk w opakowaniu, a ilość wymagana przez Zamawiającego to 600sztuk? Jeśli tak, prosimy o dokonanie w tym zakresie zmiany formularza.	W załączeniu zmodyfikowany załącznik 6 do umowy

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych

Krzysztof Zajac

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu zgodnie z poniższym zestawieniem.

Element przedmiotu zamówienia																	
Lp.	Opis wyrobu	2	3	4	Rodzaj,nazwa firmowa	nr katalogowy	wielkość op.	j.m.	Ilość	ilość op	Cena jednostkowa netto op. PLN	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
CZEŚĆ 6 - preparaty do narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego																	
1	Preparat do manualnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów - oparty o działanie poliaminy - bez aldehydów, kwasu nadoctowego, związków uwalniających chlor, aktywnego tlenu - płynny, nie wymagający aktywatora - o właściwościach myjących - o niedrażniącym, łagodnym zapachu - przygotowanie roztworu roboczego w zimnej wodzie wodociągowej - roztwór zanieczyszczony wykazujący przedłużone działanie, powyżej 7dni - spektrum działania: Bakteriobójczy (wg EN 13727, EN 14561) Prątkobójczy (wg EN 14348, EN 14563) Grzybobójczy (wg EN 13624, EN 14562) Wirusobójczy (wg EN 14476) Sporobójczy (wg EN 13704) - czas ekspozycji: B, F, V, Tbc, S maks. 5Min. - preparat przebadany zgodnie z EN 14 885, faza 2, etap2- wymagane wyniki badań Opakowania: 5 litrowe																
2	Paski testowe do kontroli aktywności preparatu									600							

3	<p>Trojenzymatyczny preparat myjący o właściwościach dezynfekujących do narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompatybilny z preparatem z poz.1 i 4 - zawierający enzymy, alkilotriaminę oraz substancje powierzchniowo-czynne - stężenie 0,5% - czas działania maks. 5 min. - Spektrum działania: B, V,F, Tbc - spełniający wymagania normy EN 14 561, EN 14 562, EN 14 563, EN 13 624, EN 13 727, EN 14 476, EN 14 348, - do mycia i dezynfekcji również przy użyciu ultradźwięków - opakowania 5 litrowe 					litr	40					
4	<p>Nasączone chusteczki do sporobójczej dezynfekcji powierzchni</p> <ul style="list-style-type: none"> - skuteczność przeciw B, V, F, Tbc, sporom bakterii - preparat przebadany zgodnie z EN 14 885, faza 2 etap 2 - spełniający wymagania normy EN 1276, EN 13 704, EN 14 347, EN 14 476, EN 13 727, EN 14 561, EN 13 697, EN 14 562, EN 13 624, EN 1650, EN 1275, EN 14 563, EN 14 348, - preparat kompatybilny z poz. 1, 2, 4. - nie zawierający chloru, aldehydów, alkoholu, kwasu nadoctowego - rozmiar 25 x 30cm - opakowanie - wiaderko - 200-250szt 					szt	9 000					

5	<p>Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> - skuteczność przeciw B, V, F, Tbc, sporom bakterii - czas działania maks. 5 min. - preparat przebadany zgodnie z EN 14 885, faza 2 etap2 - spełniający wymagania normy EN 14 561, EN 14 562, EN 14 563, EN 13 727, EN 13 624, EN 13 697, EN 14 476, EN 14 348, EN 13 704, EN 14 347, EN 1276, EN 1650, EN 1275 - preparat kompatybilny z poz. 1,2,3. - nie zawierający alkoholu, chloru, aldehydów, kwasu nadoctowego - oparty o działające poliaminy - nie wymagający aktywatora - termin ważności - niezanieczyszczonego roztworu roboczego taki, jak koncentratu - opakowania 5-litrowe 			litr	20					
Razem netto PLN:										
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO PLN:										

Wymagania

1. okres przydatności do użycia min 12 m-cy od daty dostawy produktów

2. Załączenie: - aktualnych dopuszczeń i świadectw wymaganych w Polsce, - dokumentów potwierdzających spektrum działania: pozycja 1,3,4; - opisów technicznych preparatów (ulotek, instrukcji użycia); - kart charakterystyki.

WICEPREZES ZARZĄDU

Dyrektor
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych

Krzysztof Zajątc